



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | „Dodávka laboratorních přístrojů“ |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 7, 701 03 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení |

Na základě žádosti účastníka veřejné zakázky poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Dotaz č. 1:

Dobrý den - prosíme o zadavatele vyjádření k následujícím dotazům:

Máme dotazy k části 4.: Box s laminárním prouděním
Zadavatel uvádí požadavek na posuvné sklo. Námi dodávané boxy mají plně otevřený pracovní prostor beze skla, případně je sklo pouze v horní části (zakrývá asi jen horní čtvrtku otvoru. Tedy pracovní prostor je přístupný v celé, případně téměř v celé výšce. Uzavírání pracovního prostoru (např. z důvodu ozařování povrchů UV zářením) je řešeno nasazovacím polykarbonátovým krytem. Bude toto řešení pro zadavatele také akceptovatelné? Byla by škoda, pokud bychom se nemohli o tuto zakázku ucházet, kvůli takovému detailu, který nemá vliv na funkci.

Zadavatel uvádí požadavky na rozměry: minimální šířka pracovního prostoru 140 cm a maximální šířka (bez podpurného rámu) 170 cm. Jeden námi velmi doporučovaných, nejčastěji dodávaných a zejména skladových boxů má rozměry o trochu menší, konkrétně takto: vnitřní 1222 x 688 x 689

mm, vnější 1340 x 784 x 1270 mm (Š x H x V). Nejedná se o velký rozdíl od požadavku a proto bychom se rádi zeptali. Budou tyto rozměry pro zadavatel také akceptovatelné?

Zadavatel uvádí požadavek na maximální hlučnost 55 dB. Námi dodávaný box má dle normy IEST-RP-CC002.2 hlučnost 58,6 dB. Rozdíl 3,6 dB je relativně velmi malý. Bude toto řešení pro zadavatele také akceptovatelné? Byla by škoda, pokud bychom se nemohli o tuto zakázku ucházet, kvůli takovému detailu, který nemá vliv na funkci.

Odpověď č.1:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že trvá na svých požadavcích uvedených v Příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technické specifikaci předmětu plnění, tzn. také v části 4 – Box s laminárním prouděním. Jiná řešení nebudou akceptována.

Tímto vysvětlením zadávací dokumentace nebyla provedena změna zadávacích podmínek.

V Ostravě dne 20. 8. 2020

.....
Bc. Sára Bedrunková
referent oddělení veřejných zakázek