

Ostravská univerzita
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Bedrunková/sara.bedrunkova@osu.cz

Všem dodavatelům



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | „Dodávka PCR cykleru pro LF OU“ |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 7, 701 03 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Veřejná zakázka malého rozsahu |

Účastník výběrového řízení podal žádost o vysvětlení zadávací dokumentace po lhůtě stanovené v čl. 12.3. Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace (nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek). I přesto zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením nedochází ke změně zadávacích podmínek.

Dotaz:

Vážený zadavateli,

v souvislosti s veřejnou zakázkou "Dodávka PCR cykleru pro LF OU" ze dne 19. 11. 2020 (č. 72/90162/VZ/2020) bychom měli dotaz k jednomu požadovanému bodu. Uvádíte toto: "Doprava, instalace, validace po instalaci s osvědčením a zaškolení personálu součástí ceny". Co přesně znamená ta validace? Postačí zprovoznění přístroje a předvedení jeho funkčnosti?

Předem děkujeme za odpověď.

Odpověď:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že validací je myšleno ověření funkčnosti a deklarovaných parametrů přístroje, zejména teploty termobloku.

Tímto vysvětlením zadávací dokumentace nebyla provedena změna zadávacích podmínek.

V Ostravě dne 26.11.2020

.....
Bc. Sára Bedrunková
referent pro zadávání veřejných zakázek