

Všem dodavatelům



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1.1. Název veřejné zakázky:

„Nákup laboratorního plastu pro PŘF“

(veřejná zakázka financovaná z prostředků projektů OP VVV „Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů“, reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16-019/0000759

1.2. Identifikační údaje o zadavateli

Název:

Ostravská univerzita

Sídlo:

Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

IČ:

61988987

1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:

Veřejná zakázka na dodávky

1.4. Druh zadávacího řízení:

Veřejná zakázka malého rozsahu

Na základě žádosti účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s čl. 12.3. Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace.

Část 1 veřejné zakázky Plasty I.:

Dotaz č. 1:

14 Inoculation loop

Jaký je požadovaný objem kliček?

Tvrdost - pevné nebo flexibilní?

Odpověď č. 1:

Zadavatel po posouzení všech dotazů uvádí odpovědi k jednotlivým dotazům. Zadavatel požaduje flexibilní inokulační kličky o objemu 1 µl.

Dotaz č. 2:

- 15 Serological pipette 1 mL
- 16 Serological pipette 2 mL
- 17 Serological pipette 5 mL
- 18 Serological pipette 10 mL
- 19 Serological pipette 25 mL

pol. 15-19 - Balené individuálně, nebo hromadně?

Odpověď č. 2:

Zadavatel požaduje jednotlivě balené.

Dotaz č. 3:

- 20 Cell spreaders

Je požadovaný tvar „T“ nebo trojúhelník?

Odpověď č. 3:

Zadavatel požaduje roztěrky ve tvaru T.

Dotaz č. 4:

- 21 Vacuum filter membrane, pores 0,2 μ m 250 mL
- prosím o upřesnění membrány

Odpověď č. 4:

Zadavatel požaduje PES membránu, velikosti pórů 0,2 μ m, průměr membrány 50 mm.

Dotaz č. 5:

- 22 Vacuum filter membrane, pores 0,2 μ m 500 mL
- prosím o upřesnění membrány

Odpověď č. 5:

Zadavatel požaduje PES membránu, velikosti pórů 0,2 μ m, průměr membrány 75 mm

Dotaz č. 6:

- 23 Vacuum filter membrane, pores 0,2 μ m 1000 mL
- prosím o upřesnění membrány

Odpověď č. 6:

Zadavatel požaduje PES membránu, velikosti pórů 0,2 μ m, průměr membrány 91 mm

Dotaz č. 7:

- 24 tips without filter 10 μ L

Pro jaké pipety mají být špičky kompatibilní?

Jaké je požadované balení? – Sáček nebo krabička?

Pokud krabička tak sterilní nebo nesterilní?

Odpověď č. 7:

Zadavatel požaduje špičky balené v sáčku a dále požaduje, aby byly kompatibilní s pipetami značek Eppendorf, Nichipet ex II anebo Powerpette Plus.

Dotaz č. 8:

25 tips without filter 100/200 µL

Pro jaké pipety mají být špičky kompatibilní?

Jaké je požadované balení? – Sáček nebo krabička?

Pokud krabička tak sterilní nebo nesterilní?

Odpověď č. 8:

Zadavatel požaduje špičky balené v sáčku a dále požaduje, aby byly kompatibilní s pipetami značek Eppendorf, Nichipet ex II anebo Powerpette Plus.

Dotaz č. 9:

26 tips without filter 1000 µL

Pro jaké pipety mají být špičky kompatibilní?

Jaké je požadované balení? – Sáček nebo krabička?

Pokud krabička tak sterilní nebo nesterilní?

Odpověď č. 9:

Zadavatel požaduje špičky balené v sáčku a dále požaduje, aby byly kompatibilní s pipetami značek Eppendorf, Nichipet ex II anebo Powerpette Plus.

Dotaz č. 10:

27 Round bottom test tubes 14mL

Materiál ? Délka ?

Odpověď č. 10:

Zadavatel požaduje materiál PS, objem 14 ml, délka zkumavky 100 mm, průměr 17 mm.

Dotaz č.11:

29 50 ml tubes conical tubes (not self/standing)

30 50 ml tubes conical tubes (self/standing)

Položky 29 a 30. Sterilné alebo nesterilné ?

Odpověď č. 11:

Zadavatel uvádí, že položka 29 může být nesterilní, položka 30 musí být sterilní.

Část 2 veřejné zakázky Plasty II.:**Dotaz č.12:**

1 Microcentrifuge tubes, snaplock 0,5 mL

2 Microcentrifuge tubes, snaplock 0,2 mL

3 Microcentrifuge tubes, snaplock 1,5 mL

4 Microcentrifuge tubes, snaplock 2 mL

Pol. 1-4. Sterilné alebo nesterilné ?

Odpověď č. 12:

Zadavatel nepožaduje sterilní, ale je nutné, aby byly autoklávodatelné do 121 °C.

Část 3 veřejné zakázky Plasty III.:

Dotaz č.13:

- 1 Pipetovací špičky 10 µL, sterilní, filtr, krabičky
 - 2 Pipetovací špičky 100 µL, sterilní, filtr, krabičky
 - 3 Pipetovací špičky 200 µL, sterilní, filtr, krabičky
 - 4 Pipetovací špičky 1250 µL, sterilní, filtr, krabičky
- pol 1 -4 - Pro jaké pipety mají být špičky kompatibilní?

Odpověď č. 13:

Zadavatel požaduje, aby byly špičky kompatibilní s pipetami značek Eppendorf, Nichipet ex II anebo Powerpette Plus.

Vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku do **09.03.2021 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčené touto změnou zadávacích podmínek se nemění.

.....
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
děkan Přírodovědecké fakulty
Ostravské univerzity