

Ostravská univerzita
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Regneri/marie.regneri@osu.cz

Všem dodavatelům



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | „Vybavení urologie LF OU – I./2“ |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 7, 701 03 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení |

Na základě žádosti účastníka veřejné zakázky poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Dotaz č. 1:

U položky č. 5 Set pro endoresekční výkony v 95. řádku specifikace uvádí zadavatel požadavek „VF-kabel pro ESW-400, bipolární, minimálně 3,5 m“. Dle veřejně dostupných informací medicínský přístroj ESW-400 ani kabel pro ESW-400 neexistuje. Chápe účastník správně, že se jedná pouze o administrativní chybu (překlep), a že zadavatel poptává „VF-kabel pro ESG-400, bipolární, minimálně 3,5 m“?

Odpověď č. 1:

Zadavatel po posouzení žádosti účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace uvádí, že se jedná o administrativní chybu, zadavatel požaduje VF-kabel pro ESG-400, bipolární, minimálně 3,5 m.

Dotaz č. 2:

U položky č. 6 Set pro PEK ve 114. řádku specifikace uvádí zadavatel požadavek „Cytoskopický plášť, minimálně 21 Fr., vč. obturátoru“. Z povahy celkové specifikace setu pro PEK však vyplývá, že se jedná o administrativní chybu (překlep), a že zadavatel poptává Cystoskopický plášť, minimálně 21 Fr., vč. obturátoru“. Je tento předpoklad účastníka správný?

Odpověď č. 2:

Zadavatel uvádí, že se jedná o administrativní chybu, zadavatel požaduje Cystoskopický plášť, minimálně 21 Fr., vč. obturátoru.

Dotaz č. 3:

U položky č. 6 Set pro PEK ve 117. řádku specifikace uvádí zadavatel požadavek „Extrakční kleště, minimálně 7 Fr., minimálně 4 mm pracovní kanál“. Chápe účastník správně, že se jedná o administrativní chybu a vzhledem k podobnosti v dalším textu specifikace poptává zadavatel stejně jako ve 145. Řádku u položky č. 7 Set pro urologii „Extrakční kleště, minimálně 7 Fr. x 330 mm“?

Odpověď č. 3:

Zadavatel uvádí, že se jedná o administrativní chybu, zadavatel požaduje Extrakční kleště, minimálně 7 Fr. o délce 330 mm.

Dotaz č. 4:

U položky č. 7 Set pro urologii ve 121 - 122. řádku specifikace uvádí zadavatel požadavky „Obturátor pro vnější shaft, minimálně 25 Fr., rotační, s pracovním kanálem minimálně 2 ventil, proplach-sání pro použití jako single-flow“ a „Kompaktní cystoskop“. Chápe účastník správně, že došlo vlivem administrativní chyby k částečnému sloučení textu a z praxe by se snad mohlo jednat o tyto 2 položky:

1. „Obturátor pro vnější shaft 25 Fr. s pracovním kanálem“
2. „rotační 2ventil, proplach-sání pro použití jako single-flow kompaktní cystoskop“

Odpověď č. 4:

Zadavatel uvádí, že se jedná o standardní 2 součástky flexibilního cystoskopu:

- *Obturátor pro vnější shaft, minimálně 25 Fr. s pracovním kanálem;*
- *Rotační 2ventil, proplach-sání pro použití jako single-flow kompaktní cystoskop.*

Dotaz č. 5:

U položky č. 7 Set pro urologii ve 143. řádku specifikace uvádí zadavatel požadavek „Optický obturátor pro minimálně 22,5 Fr. cystoskop“. Z povahy celkové specifikace setu pro urologii však vyplývá, že se jedná o administrativní chybu (překlep), a že zadavatel poptává Optický obturátor pro minimálně 22,5 Fr. cystoskop“. Je tento předpoklad účastníka správný?

Odpověď č. 5:

Zadavatel uvádí, že se jedná o administrativní chybu, jedná se o Optický obturátor pro minimálně 22,5 Fr. cystoskop.

V návaznosti na charakter provedených změn zadávací dokumentace zadavatel předkládá rovněž upravené znění Přílohy č. 1 – Technické specifikace předmětu plnění.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku do **07.04.2021 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

V Ostravě

.....
doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.,
MBA, FRCPS
děkan Lékařské fakulty
Ostravské univerzity