



VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1.1. Název veřejné zakázky:	Přístrojové vybavení fyzioterapie LF OU III.
1.2. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Ostravská univerzita
Sídlo:	Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
IČ:	61988987
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
1.4. Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení

Na základě žádosti účastníka veřejné zakázky poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Dotaz:

Vaší technickou specifikaci splňujeme na 100 % s ergometrem který je ovšem v dnešní době již zastaralá technologie. S novějším ergometrem se lišíme rozměrem, váhou a možnou volbou barvy krytu.

Chci Vás informovat, že za cca stejnou cenovou relaci můžete mít novější technologii a liší se pouze v rozměrech a váze, kryt by nám výrobce asi dokázal potáhnout barevnou folii dle Vašeho výběru.

Požadované rozměry: 90 cm x 46 cm x 133 cm – nabízené: 125 cm x 54 cm x 106 cm.

Požadovaná max. hmotnost: 64 kg – nabízená: 66 kg (v závislosti na konfiguraci).

Odpověď:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že v návaznosti na výše uvedený dotaz upravuje požadované rozměry a hmotnost bicyklového ergometru. Zároveň sděluje, že nebude trvat na požadavku „Možnost volby barvy vrchního krytu“.

V návaznosti na provedenou úpravu položky č. 1 – Bicyklový ergometr v části 1 veřejné zakázky zadavatel předkládá upravené znění Přílohy č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku do **25.08.2021 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

V Ostravě, dne

doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS
děkan Lékařské fakulty OU