



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



zveřejněno na profilu zadavatele dne 15. 2. 2022

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (1)

k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Dodávka mikroskopů pro LF OU

Údaje o zadavateli:

zadavatel: Ostravská univerzita
Lékařská fakulta
sídlo: Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava
IČO: 61988987
profil zadavatele: <https://zakazky.osu.cz/>

Zastupující osoba dle § 43 zákona

zastupující osoba: RECTE.CZ, s.r.o.
sídlo: Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00
IČO: 619 72 690
kontakt, telefon, e-mail: Jana Kobělušová, +420 734 260 410, recte@recte.cz
datová schránka: zxhwt2n

Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava IČO 61988987 zastoupená doc. MUDr. Rastislavem Maďarem, PhD., MBA, FRCPS, děkanem (dále jen „zadavatel“) se rozhodla vyhlásit v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou zakázku na dodávky označenou **Dodávka mikroskopů pro LF OU** (dále jen „veřejná zakázka“). Zadavatel zahájil předmětné zadávací řízení v souladu s § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 27. 1. 2022 (ev. číslo zakázky Z2022-004308) a Úředního věstníku Evropské unie a dále uveřejněním zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh na svém profilu zadavatele.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Žádost o vysvětlení obsahu zadávacích podmínek (1) k technické specifikaci – mikroskop pro oftalmologii – část 3

Dotaz č. 1.1:

Parametr: X-Y posun minimálně 60 x 60 mm.
Dotaz: Umožňuje zadavatel posun min. 50 x 50 mm?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Ne, zadavatel trvá na svém požadavku, když požaduje co největší možnost X-Y posunu s ohledem na uživatele – studenty. Dostatečný rozsah je předpokladem pro snadnější polohování a lepší volbu ideální polohy optiky. Větší X-Y posun umožňuje flexibilnější nastavení polohy vůči zájmové oblasti v průběhu výuky.

Dotaz č. 1.2:

Parametr: Zdroj světla koaxiální osvětlení LED o minimální životnosti 50 000 pracovních hodin.

Dotaz: Umožní zadavatel 50 W halogenový zdroj světla?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Ne, zadavatel trvá na svém požadavku. LED iluminace poskytuje ostřejší a jasnější zobrazení v celém zorném poli. Nevyžaduje kompenzaci barevného nádechu (žluté světlo – halogen má nižší barevnou teplotu). LED osvětlení vykazuje menší fluktuaci v barevné teplotě. LED osvětlení produkuje světelné vlny mimo UV spektrum = protektivní faktor. Ekonomický faktor – LED iluminace vyžaduje podstatně méně časté výměny světelného zdroje.

Dotaz č. 1.3:

Parametr: Náhradní zdroj LED, taktéž o minimální životnosti 50 000 pracovních hodin.

Dotaz: Umožní zadavatel záložní 50 W halogenový zdroj světla?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Ano, zadavatel připouští v rámci předpokládaného využití ve cvičné nemocnici jako rezervní zdroj osvětlení halogen. V souvislosti s touto změnou prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek – viz dále.

Dotaz č. 1.4:

Parametr: Možnost simulace různých světelných parametrů minimálně: denní světlo, halogenové osvětlení.

Dotaz: Je možné nabídnout mikroskop bez simulace denního světla?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Ne, zadavatel trvá na svém požadavku, když požaduje simulace různých světelných podmínek v rámci získání osobní zkušenosti uživatele s různými světelnými podmínkami v různých chirurgických situacích jako součást výukového programu.

Dotaz č. 1.5:

Parametr: Možnost plynulé nastavitelné diafragmy pro změnu hloubky ostrosti mikroskopu.

Dotaz: Umožňuje zadavatele mikroskop bez tohoto parametru?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Ne. Konstrukce diafragmy má vliv na hloubku ostrosti, poměr jasu, homogennosti osvětlení a kontrast. Požadujeme možnost plynulého nastavení, pro přesné (resp. plynulé) nastavení hloubky ostrosti.

Dotaz č. 1.6:

Parametr: Elektromagnetické brzdy na všech osách mikroskopu.

Dotaz: Umožňuje zadavatel mikroskop s mechanickými brzdami?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Ne. Elektromagnetická brzda umožňuje přesnou a jednoduchou, okamžitou aretaci. Elektromagnetické brzdy jsou podstatnou výhodou při manipulaci. Změnou tohoto parametru by byl podstatným způsobem změněn rozsah vyhovujících zařízení.

Dotaz č. 1.7:

Parametr: Možnost exportu dat.

Dotaz: Jaký typ dat požaduje zadavatel exportovat?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Zadavatel pouze trvá na možnosti budoucího rozšíření dodaného systému o videomodul s možností exportu dat.

V návaznosti na změnu zadávacích podmínek zadavatel upravuje lhůtu pro podání elektronických nabídek takto: **Původní lhůta stanovená pro podání nabídek do 03. 03. 2022 do 09:00 hodin se ruší a nahrazuje se novou lhůtou, a to do 22. 03. 2022 do 09:00 hodin.**

Změna termínu pro doručení elektronických nabídek bude současně zveřejněna na profilu zadavatele, ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.

V Ostravě dne 15. 2. 2022

Jana Kobělušová

osoba oprávněná jednat jménem zadavatele