

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | „Modul pro měření vzorků s fluorescenční odezvou“ |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita v Ostravě |
| Sídlo: | Dvořákova 7, 701 03 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Název a reg. č. projektu: | Institut environmentálních technologií,
reg. č. CZ.1.05/2.1.00/03.0100 |
| 1.5. Evidenční číslo veřejné zakázky: | 241400 |
| 1.6. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.7. Forma zadávacího řízení: | Jednací řízení bez uveřejnění |
| 1.8. Limit veřejné zakázky: | Podlimitní |

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem zakázky je rozšíření stávajícího kapalinového chromatografu UltiMate-3000 o modul pro měření vzorků s fluorescenční odezvou (FD – fluorescenční detektor).

3. DŮVOD POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

Veřejná zakázka je zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 23 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), neboť požadovaný předmět plnění je vyráběn pouze pro účely výzkumu a vývoje. Požadovaný modul pro měření vzorků s fluorescenční odezvou (FD – fluorescenční detektor) je speciální příslušenství umožňující rozšířit a významně zkvalitnit analyticko-detekční možnosti studovaných vzorků, než nabízí současná soustava HPLC UltiMate-3000. Jeho pořízením bude možné realizovat tzv. dvoudimenzionální (2D) kapalinovou chromatografii a tedy získat přesnější a spolehlivější analyticko-chromatografické výsledky. Pořízený modul bude sloužit výlučně k vědeckým a výzkumným účelům v souladu s náplní projektu Institut environmentálních technologií a jeho hlavní využití bude orientováno na speciální analýzy vzorků vod s obsahem stopových množství metabolických produktů. Požadovaný modul je vyráběn pouze na objednávku a výlučně pro vědecké a výzkumné účely.

V souladu s ustanovením § 23 odst. 5 písm. b) jde rovněž o dodatečné dodávky od téhož dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva na původní veřejnou zakázku, jejímž předmětem bylo pořízení výše uvedeného přístroje. Jde o rozšíření stávajícího rozsahu původní dodávky, kdy změna dodavatele by nutila zadavatele pořizovat zboží odlišných technických parametrů, které by měly za následek neslučitelnost s již pořízeným zařízením. Není tedy technicky možné z důvodu nekompatibility použít podobný modul od jiného výrobce.

Původní nadlimitní veřejná zakázka na dodávky „**Hmotnostní detektor pro HPLC systém Q-TOF (Time-of-Flight)**“, ev. č. 103454 byla zadána v otevřeném řízení.

4. CELKOVÁ CENA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Celková cena uchazeče, jemuž byla veřejná zakázka přidělena a s níž byla uzavřena smlouva, činí **349.875,- Kč bez DPH**.

5. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE

Obchodní firma: **Bruker, s.r.o.**

Sídlo: Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 28297211
DIČ: CZ28297211

Nabídková cena bez DPH: 349.875,- Kč

6. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYLOUČENÝCH UCHAZEČŮ

Z účasti v zadávacím řízení nebyli vyloučeni žádní uchazeči.

7. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO UCHAZEČE, S NÍMŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA

Obchodní firma: **Bruker, s.r.o.**

Sídlo: Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 28297211
DIČ: CZ28297211

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Zadavatel přidělil veřejnou zakázku zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění vybranému uchazeči z důvodů uvedených v čl. 3 této Zprávy.

8. SUBDODÁVKY

Dodavatel nepředpokládá pro plnění veřejné zakázky využití subdodavatelů.

V Ostravě dne 4. 4. 2013

prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
rektor Ostravské univerzity v Ostravě