

Ostravská univerzita
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Konečná/sara.konecna@osu.cz

Všem dodavatelům



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | „Zdravotní technika pro resuscitační/intenzivní péči a anestezii pro LF OU II.“ |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 7, 701 03 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení |

Na základě žádosti účastníka veřejné zakázky poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Dotaz č. 1:

V části 2: „Systém pro ohřev/chlazení pacienta“ je mimo jiné uveden tento parametr:

- Minimální výkon ohřívače 700 W

Různí výrobci používají různé technologie, a proto není údaj výkonu ohřívače vypovídající pro účely použití, protože samotný výkon ohřívače není parametrem pro finální ohřev/chlazení pacienta. Pro moderní systémy pro ohřev/chlazení pacienta není tento údaj směrodatný

Bude zadavatel akceptovat nabídku s ohřívačem méně než 700 W, avšak při zachování zamýšleného medicínského účelu?

Odpověď č. 1:

Po posouzení tohoto dotazu zadavatel z technické specifikace u položky č. 2 odstraňuje požadavek na minimální výkon ohřívače 700 W.

Dotaz č. 2:

V části 2: „Systém pro ohřev/chlazení pacienta“ je mimo jiné uveden tento parametr:

- Maximální nastavitelná regulovaná vysoká teplota 42,0 °C

V současnosti není shoda na parametru maximální nastavitelné teploty, naopak 42,0 °C je mnohdy považovaná za teplotu příliš vysokou (i pro rychlý ohřev) z důvodu ochrany místa styku pacienta a zařízení. Teplota 42,0 °C je taktéž v rozporu s evropskými nařízeními.

Bude zadavatel akceptovat nabídku přístroje s maximální nastavitelnou cílovou regulovanou vysokou teplotou 40 °C?

Odpověď č. 2:

Po posouzení tohoto dotazu zadavatel upravuje požadavek v technické specifikaci u položky č. 2 následovně:

„Maximální nastavitelná cílová teplota 40,0 °C +/- 2 °C.“

Dotaz č. 3:

V části 2: „Systém pro ohřev/chlazení pacienta“ je mimo jiné uveden tento parametr:

- Minimální nastavitelná regulovaná nízká teplota 4,0 °C

V současné době existuje více výrobců, které nabízejí přístroje pro ohřev/chlazení pacienta se stejným medicínským použitím, avšak moderní současné přístroje za tímto účelem nenabízejí minimální nastavitelnou regulovanou teplotu 4,0°C.

Bude zadavatel akceptovat nabídku na přístroj s minimální nastavitelnou cílovou regulovanou nízkou teplotou 30 °C?

Odpověď č. 3:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že trvá na svém požadavku uvedeném v technické specifikaci u položky č. 2, tedy „Minimální nastavitelná regulovaná nízká teplota 4,0 °C“.

Zadavatel dále uvádí, že teplota 30 °C je nedostatečná pro chlazení pacientů v podmínkách intenzivní péče.

Dotaz č. 4:

V části 2: „Systém pro ohřev/chlazení pacienta“ je mimo jiné uveden tento parametr:

- Matrace kompatibilní se zařízením

V současné době existuje více výrobců, kteří využívají různé technologie, avšak v současné době je patrný odklon od koncepce „matrací“, kdy pro ohřev/pacienta bylo nutné využívat nízkých/vysokých teplot k dosažení daného medicínského použití, což není žádoucí s ohledem na styčné plochy pacienta a matrace.

Bude zadavatel akceptovat nabídku zařízení, které místo matrace, využívá účinný a moderní systém jednorázových wrapů? Tj. studenti by se případně seznámili s moderní technologií, která se nachází na předních zdravotnických pracovištích a byli tak vybaveni znalostmi poplatné současným trendům.

Odpověď č. 4:

Po posouzení tohoto dotazu zadavatel upravuje požadavek v technické specifikaci u položky č. 2 následovně:

„matrace kompatibilní se zařízením, případně technologie wrapů“

Dotaz č. 5:

V části 2: „Systém pro ohřev/chlazení pacienta“ je mimo jiné uveden tento parametr:

- Alarm nízký průtok

Bude zadavatel akceptovat nabídku na systém pro ohřev/chlazení pacienta bez alarmu nízkého průtoku, neboť tazatelem nabízený systém je jiné konstrukce? Tazatelem nabízený přístroj disponuje alarmy navržené k funkčnosti daného systému (např. alarmy ohledně odlišné teploty od nastavení, alarmy teploty pacienta, kontrola hadic apod.)

Odpověď č. 5:

Po posouzení tohoto dotazu zadavatel z technické specifikace u položky č. 2 odstraňuje požadavek na alarm nízkého průtoku.

Dotaz č. 6:

V části 2: „Systém pro ohřev/chlazení pacienta“ je mimo jiné uveden tento parametr:

- Alarm závada snímače kapaliny

Bude zadavatel akceptovat nabídku na systém pro ohřev/chlazení pacienta bez alarmu závady snímače kapaliny, neboť tazatelem nabízený systém je jiné konstrukce? Tazatelem nabízený přístroj disponuje alarmy navržené k funkčnosti daného systému (např. alarmy ohledně odlišné teploty od nastavení, alarmy teploty pacienta, alarm doplnění kapaliny apod.)

Odpověď č. 6:

Po posouzení tohoto dotazu zadavatel z technické specifikace u položky č. 2 odstraňuje požadavek na alarm závady snímače kapaliny.

Dotaz č. 7:

Zadavatel v Příloze č. 1 – Technická specifikace požaduje pro Položku č. 5 Monitor životních funkcí, 4 ks, jako další vybavení:

- minimálně 1x přenositelný modul 8 kanálového EEG

Bude zadavatel akceptovat nabídku se 4 kanálovým EEG?

Odpověď č. 7:

Po posouzení tohoto dotazu zadavatel upravuje požadavek v technické specifikaci u položky č. 5 následovně:

„minimálně 1x přenositelný modul 4 kanálového EEG“

V návaznosti na provedenou úpravu položky č. 2 – Systém pro ohřev/chlazení pacienta v části 2 veřejné zakázky a položky č. 5 – Monitor životních funkcí v části 4 veřejné zakázky zadavatel předkládá upravené znění Přílohy č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění. Provedené změny jsou vyznačeny žlutě.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 a § 99 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku o celou její původní délku, a to do **14.04.2022 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

V Ostravě dne

doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS
děkan Lékařské fakulty
Ostravské univerzity