

Ostravská univerzita
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Konečná/sara.konecna@osu.cz

Všem dodavatelům



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | „Dodávka speciálních chemikálií pro LF OU“ |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 7, 701 03 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení, podlimitní |

Na základě žádosti účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 54 odst. 5 a § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz:

Dobrý den,

prosím o informaci, jak postupovat v případě, kdy můžeme dodat nabídku jen na určité produkty z jednotlivých částí? Jsme výhradní, a tedy jediný dodavatel těchto produktů v rámci ČR, ale zbytek chemikálií nemáme v portfoliu. Ostatní produkty se nacházejí v portfoliu několika dalších dodavatelů. Dle technické specifikace je nutné dodat daný produkt v přesném znění kvůli tomu, že je jako jediný kompatibilní s přístrojem, který se nachází v laboratoři, nebo je nutné dodat přesný typ produktu z důvodu zachování kontinuity výsledků.

V části 1 se jedná o produkty:

- „Nucleofection kit P3 strips, LONZA V4XP-3032 kit pro účinnou transfekci specifických primárních buněk 48 reakce 24 reakcí/bal“
- „Nucleofection kit P3 cuvette, LONZA V4XP-3024 kit pro účinnou transfekci specifických primárních buněk 64 reakce 32 reakcí/bal“

- „SeaKem LE agarose agaróza pro elektroforézu nukleových kyselin, želatinační teplota (1,5%) 36 °C ±1,5 °C, Teplota tání (1,5%) > 90 °C, Pevnost gelu (1%) > 1200 g / cm 500 g max 500g/bal“

V části 7 se jedná o produkt:

- „Sequencing Grade modified trypsin 1x100 µg "Sequencing Grade modified trypsin 1x100 µg EASTPORT LIFESCIENCE V5117 přesný produkt - kontinuita výsledků " 2000 µg 100 µg/bal“

Další produkty z daných částí bohužel nedistribuuje a nedokážeme tedy dodat celou část.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že po posouzení tohoto dotazu zjistil, že chybně stanovil zadávací podmínky pro část 1 a 7 veřejné zakázky. Na základě těchto zjištěných chyb zadavatel rozhodl o zrušení části 1 a 7 výše uvedené veřejné zakázky.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 4 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku **do 20.04.2022 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

.....
doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD.,
MBA, FRCPS
děkan Lékařské fakulty
Ostravské univerzity