

Ostravská univerzita
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Konečná/sara.konecna@osu.cz

Všem dodavatelům

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE III.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | „Dodávka simulátorů a přístrojového vybavení pro stomatologii LF OU“ |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 7, 701 03 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení |

Na základě žádosti účastníka veřejné zakázky poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje „Položka č. 1 Dentální výukový simulátor s příslušenstvím - Polohování simulátoru včetně fantomové hlavy je zajištěno elektricky.“

Dotaz: Náš dodavatel nabízí pneumatické polohování, protože elektrická řešení jsou křehčí, vyžadují údržbu a v případě technických problémů je oprava mnohem dražší a časově náročnější. Pneumatický pohyb je rychlejší, bezpečnější a nezávislý na elektrickém proudu, studenti ani úklidový personál ho nemohou poškodit. Bude zadavatel akceptovat i toto ekonomicky výhodnější řešení?

Odpověď č. 1:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že trvá na svém požadavku „Polohování simulátoru včetně fantomové hlavy je zajištěno elektricky“. Zadavatel dále uvádí, že elektrické polohování kopíruje reálnou stomatologickou soupravu a požadavkem zadavatele je věrně toto pracoviště napodobit.

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje „Položka č. 1 Dentální výukový simulátor s příslušenstvím - Simulátor disponuje úložným prostorem. Minimálně 5 uzamykatelných šuplíků.“

Dotaz: Náš systém je vybaven úložným prostorem, tvoří ho police za uzamykatelnými dveřmi. Bude zadavatel akceptovat i toto řešení?

Odpověď č. 2:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že trvá na svém požadavku „Simulátor disponuje úložným prostorem. Minimálně 5 uzamykatelných šuplíků“.

Dotaz č. 3:

Zadavatel požaduje „Položka č. 1 Dentální výukový simulátor s příslušenstvím - Maximální prostorové dispozice 490 mm x 2310 mm x 250 mm (š x v x h).“

Dotaz: Může zadavatel specifikovat, o jaké rozměry se jedná? Komplet simulátor, ve smyslu stolu i s fantomovou hlavou? Výška od země 231 cm se nám zdá příliš. Naopak hloubka 25 cm málo. Není v zadání chyba?

Odpověď č. 3:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že trvá na svém požadavku „Maximální prostorové dispozice 490 mm x 2310 mm x 250 mm (š x v x h)“. Zadavatel dále uvádí, že se jedná o rozměry pracovního stolu, které jsou takto požadovány vzhledem k prostorovým možnostem pracoviště.

Dotaz č. 4:

Zadavatel požaduje „Položka č. 1 Dentální výukový simulátor s příslušenstvím - Vybavení simulátoru: držák pro minimálně 6 pozic na straně lékaře - není možné alternovat pozici externí konzolí“

Dotaz: Ani špičkové stomatologické soupravy nemají obvykle tolik nástrojů. Pokud si skutečně zadavatel přeje mít všechny tyto možnosti, náklady budou extrémně vysoké a z pedagogického hlediska to není příliš logické, neefektivní z hlediska nákladů a pro studenty a výuku studentů zbytečné. Náš systém je vybaven 4 pozicemi na straně lékaře, 4 pozicemi na straně asistenta. Dle zadání požadujete mikromotor, turbínu, stříkačku, OZK, ostatní pozice mají zůstat neobsazené. Trvá zadavatel na 6 pozicích na straně lékaře?

Odpověď č. 4:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že trvá na svém požadavku „Vybavení simulátoru: držák pro minimálně 6 pozic na straně lékaře - není možné alternovat pozici externí konzolí“.

Dotaz č. 5:

Zadavatel požaduje „Položka č. 1 Dentální výukový simulátor s příslušenstvím - Hlavní ovládací panel: ovládací prvky pro polohování simulátoru a fantomové hlavy“

Dotaz: U našeho systému se hlava polohuje pneumaticky stisknutím příslušných tlačítek, nikoliv na ovládacím panelu. Bude zadavatel akceptovat i toto ekonomicky výhodnější řešení?

Odpověď č. 5:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že trvá na svém požadavku „Hlavní ovládací panel: ovládací prvky pro polohování simulátoru a fantomové hlavy“.

Dotaz č. 6:

Zadavatel požaduje „Položka č. 1 Dentální výukový simulátor s příslušenstvím - ovládací prvek pro nastavení automatické parkovací pozice dentálního výukového simulátoru“

Dotaz: U našeho systému se hlava parkuje manuálně stisknutím příslušných tlačítek pro uvolnění pneumatické brzdy. Bude zadavatel akceptovat i toto ekonomicky výhodnější řešení?

Odpověď č. 6:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že trvá na svém požadavku „Ovládací prvek pro nastavení automatické parkovací pozice dentálního výukového simulátoru“.

Dotaz č. 7:

Zadavatel požaduje „Položka č. 1 Dentální výukový simulátor s příslušenstvím - ovládací prvek pro aktivaci chlazení“

Dotaz: Může zadavatel vysvětlit, jaké chlazení má na mysli?

Odpověď č. 7:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že se jedná o spuštění chlazení koncovek nástrojů vodou při výkonu.

Dotaz č. 8:

Zadavatel požaduje „Položka č. 1 Dentální výukový simulátor s příslušenstvím - Nožní ovladač: ovládací prvek pro polohování simulátoru a fantomové hlavy“

Dotaz: Náš systém není vybaven nožním ovladačem. Vše se ovládá ručně z bezpečnostních důvodů, aby nedošlo k tomu, že je nožní ovladač aktivován omylem během tréninku nebo režimu zkoušek. Bude zadavatel akceptovat i toto ekonomicky výhodnější řešení?

Odpověď č. 8:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že trvá na svém požadavku „Nožní ovladač: ovládací prvek pro polohování simulátoru a fantomové hlavy“. Zadavatel dále uvádí, že nožní ovladač je standardním příslušenstvím stomatologického pracoviště a v zájmu zadavatele je studenty připravit na práci v reálném prostředí.

Dotaz č. 9:

Zadavatel požaduje „Položka č. 3 Cvičná zubní souprava s příslušenstvím - Minimální nastavitelná výška v části sedáku je maximálně 355 mm.“

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat i řešení s minimální výškou sedáku 370 mm?

Odpověď č. 9:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že trvá na svém požadavku „Minimální nastavitelná výška v části sedáku je maximálně 355 mm“.

Dotaz č. 10:

Zadavatel požaduje „Položka č. 3 Cvičná zubní souprava s příslušenstvím - Maximální nastavitelná výška v části sedáku je minimálně 825 mm.“

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat i řešení s maximální výškou sedáku 800 mm?

Odpověď č. 10:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že trvá na svém požadavku „Maximální nastavitelná výška v části sedáku je minimálně 825 mm“.

Dotaz č. 11:

Zadavatel požaduje „Položka č. 3 Cvičná zubní souprava s příslušenstvím - Možnost nastavení teploty světla v minimálním rozmezí 4 000 až 6 000 K.“

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat nastavení teploty světla na 4300 K, 5000 K, 5500 K? CRI je více než 95.

Odpověď č. 11:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že trvá na svém požadavku „Možnost nastavení teploty světla v minimálním rozmezí 4 000 až 6 000 K“.

Tímto vysvětlením zadávací dokumentace nebyla provedena změna zadávacích podmínek.

Jelikož zadavatel neuveřejnil vysvětlení zadávací dokumentace do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, prodlužuje v souladu s ustanovením § 98 odst. 4 zákona lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku do **22.06.2022 do 10:00 hod.**

V Ostravě dne

.....
doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.,
MBA, FRCPS
děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity