

Ostravská univerzita
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Konečná/sara.konecna@osu.cz

Všem dodavatelům



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE III.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | „Dodávka zdravotnického vybavení pro LF OU II.“ |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 7, 701 03 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení |

Na základě žádosti účastníka veřejné zakázky poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Dotaz:

Tímto žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k Veřejné zakázce: „Dodávka zdravotnického vybavení pro LF OU II., část č. 5: Elektrokoagulace.“,

1. Zadavatel v odpovědi ze dne 29.6.2022 na Dotaz č.1 ohledně bateriové verze bezdrátového pedálu uvádí, že „...nebude akceptovat bateriové řešení pedálu z důvodů budoucích vyšších provozních nákladů.“

V souvislosti s výše uvedeným nabízíme garanci bezplatné výměny baterií po dobu 10 let provozu a tím eliminaci dopadu na budoucí vyšší provozní náklady.

Bude toto řešení v kontextu původní odpovědi zadavatele akceptovatelné?

Odpověď:

Zadavatel po posouzení tohoto dotazu upravuje znění svých požadavků v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění následovně:

- Součástí dodávky je minimálně 1 ks nožního spínače dvojitého pro bipolární i monopolární režimy s kabelem a minimálně 1 ks bezdrátového nožního spínače bezbateriového (bez nutnosti nabíjení) nebo 1 ks bezdrátového nožního spínače v bateriové verzi za předpokladu, že dodavatel garantuje bezplatnou výměnu baterií po dobu minimálně 10ti let provozu.
- Minimálně 1 ks bezdrátového nožního spínače.

Výše uvedené změny zadavatel v technické specifikaci vyznačil oranžově.

V návaznosti na provedenou úpravu položky č. 5 – Elektrokoagulace v části 4 veřejné zakázky zadavatel předkládá upravené znění Přílohy č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 a § 99 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku o celou její původní délku, a to do **16.08.2022 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

V Ostravě dne

doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS
děkan Lékařské fakulty
Ostravské univerzity