

Ostravská univerzita
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Konečná/sara.konecna@osu.cz

Všem dodavatelům



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | „Dodávka zdravotnického vybavení pro LF OU III.“ |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 7, 701 03 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení, nadlimitní |

Na základě žádosti účastníka veřejné zakázky poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technické specifikaci k VZ s názvem „Dodávka zdravotnického vybavení pro LF OU III.“ v části 9, položka č.10 Monitor patientský vč. přídatného transportního monitoru:

Požaduje měření saturace krve oxidem uhelnatým SpCO. Tento parametr nelze nasimulovat. Trvá zadavatel na tomto požadavku?

Odpověď č. 1:

Zadavatel po posouzení tohoto dotazu odstraňuje následující požadavek z technické specifikace:

- měření saturace krve oxidem uhelnatým SpCO

Dotaz č. 2:

Zadavatel v technické specifikaci k VZ s názvem „Dodávka zdravotnického vybavení pro LF OU III.“ v části 9, položka č.10 Monitor patientský vč. přídatného transportního monitoru:

Zadavatel neuvedl žádné požadované příslušenství jako např. EKG kabely, manžetu k měření NIBP apod. Bude zadavatel upravovat technickou specifikaci o tyto položky?

Odpověď č. 2:

Zadavatel po posouzení tohoto dotazu doplňuje následující požadavek na konkrétní seznam příslušenství:

- *Požadované příslušenství: EKG kabely, manžeta pro měření krevního tlaku ve 3 velikostech, saturační čidlo*

V návaznosti na provedenou úpravu položky č. 10 – Monitor patientský vč. přídatného transportního monitoru v části 9 veřejné zakázky zadavatel předkládá upravené znění Přílohy č. 1 – Technické specifikace předmětu plnění.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 a § 99 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku o celou její původní délku, a to do **07.09.2022 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

V Ostravě dne

doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS
děkan Lékařské fakulty
Ostravské univerzity