

Všem dodavatelům



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | „Dodávka drobné zdravotnické techniky a dalšího zdravotnického vybavení 2“ |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 7, 701 03 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení, nadlimitní |

Na základě žádostí účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Batoch pro přepravu - má mít 1 ampulárium malé 21 x 13 x 4 cm, nebo velké 25 x 25 x 6 cm (viz foto)? Tento batoh může být stejný jako batoh resuscitační, ale jen s 1 ks ampulária?

Pozn.: Příloha žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace obsahuje fotografie konkrétního výrobku, který chce daný dodavatel nabídnout. V souladu s § 98 odst. 3 zákona není tato příloha součástí vysvětlení zadávací dokumentace, jelikož její zpřístupnění by mohlo vést k identifikaci dodavatele. Pro upřesnění informací uvedených v dotazu č. 1 zadavatel uvádí, že v příloze tohoto dotazu jsou obsaženy fotografie ampulária o rozměrech uvedených v dotazu.

Odpověď č. 1:

Zadavatel po posouzení dotazu č.1 uvádí, že položka č. 19 Batoch pro převozy bude obsahovat 1ks ampulária velkého a upřesňuje tak požadavek v technické specifikaci následovně:

- Minimálně 1 ampulárium o velikosti 25cm x 25cm x 6cm +/- 10%

Dotaz č. 2:

Batoh resuscitační má mít stejně jako batoh záchranářský 3 odnímatelné kapsy, 1 malé a 1 velké ampulárium (standardně dodáváme bez této výbavy)?

Odpověď č. 2:

Zadavatel po posouzení dotazu č. 2 uvádí, že položka č. 21 Batoh resuscitační bude mít také odnímatelné kapsy a ampulária tak, jak je uvedeno v Příloze č.1 - Technická specifikaci předmětu plnění a upřesňuje tak specifikaci o stanovení velikostí ampulárií následovně:

- Minimálně 2ks ampulárii - 1ks o velikosti 21cm x 13cm x 4cm +- 10% a 1ks o velikosti 25cm x 25cm x 6cm +- 10%

Zadavatel současně s tímto vysvětlením v souladu s bodem 14.4. zadávací dokumentace pro výše uvedenou veřejnou zakázku a také dle § 99 zákona, mění požadavek v technické specifikaci předmětu plnění u položky č. 20 Batoh záchranářský v části 3 veřejné zakázky tak, že upřesňuje požadavek na obsah ampulária následovně:

- Minimálně 2ks ampulárii - 1ks o velikosti 21cm x 13cm x 4cm +- 10% a 1ks o velikosti 25cm x 25cm x 6cm +- 10%

V návaznosti na provedenou úpravu položky č. 19 Batoh pro převozy, č. 20 Batoh záchranářský a č. 21 Batoh resuscitační v části 3 veřejné zakázky zadavatel předkládá upravené znění Přílohy č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku do **10.03.2023 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

V Ostravě dne

.....
doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS
děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity