

Všem dodavatelům



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE III.

1.1. Název veřejné zakázky:	„Dodávka instrumentária pro LF OU II./2“
1.2. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Ostravská univerzita
Sídlo:	Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
IČ:	61988987
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
1.4. Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení, nadlimitní

Na základě žádosti účastníka veřejné zakázky poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

### Dotaz č. 1:

Dobrý den,

prosíme o doplnění/vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodávka instrumentária pro LF OU II./2. Část 2 - Chirurgické síto:

Zrcadlo vag. Doyen leh. konkávní - prosíme o uvedení konkrétních rozměrů.

### Odpověď č. 1:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že u položky č. 2 Chirurgické síto došlo k administrativní chybě při uvedení požadavku na zrcadlo vag. Doyen, leh. konkávní. Zadavatel tedy z Přílohy č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění u položky č. 2 Chirurgické síto odstraňuje požadavek na zrcadlo vag. Doyen, leh. konkávní.

**Dotaz č. 2:**

Dobrý den,

prosíme o doplnění/vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodávka instrumentária pro LF OU II./2. Část 2 - Chirurgické síto:

Kleště Allis-Thoms, 220 mm - opravdu požadujete tyto kleště v délce 220 mm? Většina dodavatelů nabízí tyto kleště ve velikosti 200 mm a tak se bohužel nevejdeme do požadované tolerance +/-15 mm. Bude zadavatel akceptovat námi nabízené kleště v dl. 200 mm a upraví toleranci?

**Odpověď č. 2:**

*Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že akceptuje možné větší odchylky od velikostí nástrojů a upravuje tak v Příloze č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění u položky č. 2 Chirurgické síto tento požadavek zadavatele následovně:*

*Tolerance u požadovaných parametrů nástrojů:*

- Celková délka nástrojů +/- 20mm.

**Dotaz č. 3:**

Dobrý den,

prosíme o doplnění/vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodávka instrumentária pro LF OU II./2. Část 2 - Chirurgické síto:

Svorka art. peán 280 mm - můžeme nabídnout Svorka art. peán 260 nebo 300 mm, bohužel se ani v jednom případě nevejdeme do požadované tolerance. Vámi požadovanou velikost nabízí pouze jeden dodavatel. Upraví prosím zadavatel toleranci a bude akceptovat i námi nabízenou velikost?

**Odpověď č. 3:**

*Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že akceptuje možné větší odchylky od velikostí nástrojů a upravuje tak v Příloze č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění u položky č. 2 Chirurgické síto tento požadavek zadavatele následovně:*

*Tolerance u požadovaných parametrů nástrojů:*

- Celková délka nástrojů +/- 20mm.

**Dotaz č. 4:**

Dobrý den,

prosíme o doplnění/vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodávka instrumentária pro LF OU II./2. Část 2 - Chirurgické síto:

Svorka art. peán 280 mm, ZAH. - můžeme nabídnout Svorka art. peán ZAH. 260 nebo 300 mm, bohužel se ani v jednom případě nevejdeme do požadované tolerance. Vámi požadovanou velikost nabízí pouze jeden dodavatel. Upraví prosím zadavatel toleranci a bude akceptovat i námi nabízenou velikost?

**Odpověď č. 4:**

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že akceptuje možné větší odchylky od velikostí nástrojů a upravuje tak v Příloze č.1 – Technická specifikace předmětu plnění u položky č. 2 Chirurgické síto tento požadavek zadavatele následovně:

*Tolerance u požadovaných parametrů nástrojů:*

- Celková délka nástrojů +/- 20mm.

V návaznosti na provedenou úpravu položky č. 2 Chirurgické síto v části 2 veřejné zakázky zadavatel předkládá upravené znění Přílohy č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 a § 99 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku o celou její původní délku, a to do **28.04.2023 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

V Ostravě dne .....

.....  
**doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS**  
děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity