

Všem dodavatelům



Spolufinancováno  
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

**LERCO**

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1.1. Název veřejné zakázky:	<b>Nákup zařízení pro zátěžové spiroergometrické testování vč. příslušenství</b>
1.2. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Ostravská univerzita
Sídlo:	Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava
IČ:	61988987
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
1.4. Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení

Na základě žádosti účastníka veřejné zakázky poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

### **Dotaz:**

Dobrý den, vzhledem k technické specifikaci bychom rádi požádali o vyjádření, zda zadavatel akceptuje lahve s kalibračním plynem o obsahu 1 l. S přístroji, které se chystáme nabídnout, vydrží lahev přibližně rok.

Požadavek "dodávka min. 3x do 31.12.2027" bychom samozřejmě s našimi 1 l lahve dodrželi.

### **Odpověď:**

Zadavatel po posouzení tohoto dotazu upravuje svůj požadavek uvedený v Příloze č. 2 – Technické specifikaci u položky č. 1 následovně:

- **Vestavěný, plně automatický kalibrační set** (ventil na láhev s kalibračním plynem vč. adaptéru; kalibrační pumpa (min. 1 l); láhev s kalibračním plynem v objemu max. 3 l – dodávka min. 3 x do 31.12.2027).

Současně zadavatel upravuje svůj požadavek uvedený v Příloze č. 2 – Technické specifikaci u položky č. 2 následovně:

- **Kalibrační set** (ventil na láhev s kalibračním plynem vč. adaptéru; kalibrační pumpa (min. 1 l); láhev s kalibračním plynem v objemu max. 3 l – dodávka min. 3 x do 31.12.2027).

V návaznosti na provedené úpravy zadavatel jako součást tohoto vysvětlení zadávací dokumentace předkládá upravené znění Přílohy č. 2 – Technické specifikace předmětu plnění. Provedené změny jsou v Příloze č. 2 označeny žlutě.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 a § 99 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku o celou původní délku, a to do **03.04.2024 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

V Ostravě dne

---

**doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.**  
rektor Ostravské univerzity