

Všem dodavatelům



Spolufinancováno  
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

**LERCO**

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky:           | „Dodávka hlubokomrazícího boxu, PCR cykleru a inkubované třepačky s CO2“ |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli |  |
| Název:                                | Ostravská univerzita   |
| Sídlo:                                | Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava  |
| IČ:                                   | 61988987   |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:  | Veřejná zakázka na dodávky   |
| 1.4. Druh zadávacího řízení:          | Otevřené řízení, nadlimitní  |

Na základě žádosti účastníka veřejné zakázky poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

### Dotaz č. 1:

Dobrý den,

bude zadavatel akceptovat u části 2 - hlubokomrazící box hloubku 1082 mm? Při zachování všech požadovaných parametrů?

### Odpověď č. 1:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že nebude akceptovat u části 2 veřejné zakázky, tedy konkrétně u položky hlubokomrazící box hloubku 1082 mm a **trvá na svém požadavku** uvedeném v technické specifikaci u části 2 veřejné zakázky, tedy „**maximální hloubka boxu 990 mm**“. Zadavatel dále uvádí, že se jedná o maximální hloubku hlubokomrazícího boxu, která je takto požadována vzhledem k prostorovým možnostem pracoviště, přičemž větší hloubka hlubokomrazícího boxu by zasahovala do průchozího a manipulačního prostoru na pracovišti a znesnadňovala by přístup k dalším zařízením.

Tímto vysvětlením zadávací dokumentace nebyla provedena změna zadávacích podmínek.

.....  
**Ing. Lucie Fialová**  
referentka pro zadávání veřejných zakázek