



VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1.1. Název veřejné zakázky:	„Dodávka pipet pro PŘF OU“
1.2. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Ostravská univerzita
Sídlo:	Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava
IČ:	61988987
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
1.4. Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení, nadlimitní

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

Bude zadavatel v položce 2. akceptovat pipetu v rozsahu 0,1-3 ul, pipetovací krok 0,002 ul, při dodržení všech ostatních parametrů?

Odpověď č. 1:

Zadavatel po posouzení tohoto dotazu upravuje svůj požadavek uvedený v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění u položky č. 2 následovně:

- Jednokanálová nastavitelná pipeta pro objemy od minima v rozmezí 0,1 μ l – 0,2 μ l a maxima v rozmezí 2,0 μ l – 3,0 μ l
- nastavení objemu minimálního kroku maximálně po 0,02 μ l;

Vzhledem k úpravě požadavku zadavatel doplňuje do Přílohy č. 1 – Technické specifikace předmětu plnění k položce č. 2 následující:

c) Pro pipetu s maximálním objemem 3,0 μ l:

- o chybovost systematická při nastaveném objemu 0,3 μ l +- 10,0 % a nižší; +- 0,03 μ l a nižší
- o chybovost náhodná při nastaveném objemu 0,3 μ l +- 6,0 % a nižší; +-0,018 μ l a nižší
- o chybovost systematická při nastaveném objemu 1,5 μ l +- 2,6 % a nižší; +- 0,039 μ l a nižší
- o chybovost náhodná při nastaveném objemu 1,5 μ l +- 1,6 % a nižší; +-0,024 μ l a nižší
- o chybovost systematická při nastaveném objemu 3,0 μ l +- 1,4 % a nižší; +- 0,042 μ l a nižší
- o chybovost náhodná při nastaveném objemu 3,0 μ l +- 0,8 % a nižší; +-0,024 μ l a nižší

Na základě úpravy požadavku v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění upravuje zadavatel také název u položky č. 2 v Příloze č. 2 – Položkovém rozpočtu následovně:

- *Jednokanálová nastavitelná pipeta pro objemy od minima v rozmezí 0,1 µl – 0,2 µl a maxima v rozmezí 2,0 µl – 3 µl*

Zadavatel současně s tímto vysvětlením v souladu s bodem 10.4. zadávací dokumentace pro výše uvedenou veřejnou zakázku a taktéž dle § 99 zákona, upravuje svůj požadavek v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění u položek č. 1 a 3 následovně:

- *Položka č. 1 - Sada jednokanálových nastavitelných pipet s příslušenstvím*
 - a) *1 ks Jednokanálová nastavitelná pipeta pro objem 0,5–10 µl:*
 - o *nastavení objemu minimálního kroku maximálně po 0,02 µl;*
 - b) *1 ks Jednokanálová nastavitelná pipeta pro objem 2–20 µl:*
 - o *nastavení objemu minimálního kroku maximálně po 0,05 µl;*
 - c) *1 ks Jednokanálová nastavitelná pipeta pro objem 10–100 µl:*
 - o *nastavení objemu minimálního kroku maximálně po 0,2 µl;*
 - d) *1 ks Jednokanálová nastavitelná pipeta pro objem 20–200 µl:*
 - o *nastavení objemu minimálního kroku maximálně po 0,2 µl;*
 - e) *1 ks Jednokanálová nastavitelná pipeta pro objem 100–1000 µl:*
 - o *nastavení objemu minimálního kroku maximálně po 2 µl;*
- *Položka č. 3 - Multikanálová pipeta pro 8 špiček nastavitelná pro objemy minimum v rozmezí 20 – 30 µl do maxima v rozmezí 200 µl – 300 µl*
 - o *nastavení objemu minimálního kroku maximálně po 1 µl;*

V návaznosti na provedené úpravy zadavatel jako součást tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace předkládá upravené znění Přílohy č. 1 – Technické specifikace předmětu plnění a Přílohy č. 2 – Položkového rozpočtu.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 a § 99 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku o celou její původní délku, a to **do 27.08.2024 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

.....
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
rektor Ostravské univerzity