



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | „Dodávka pipet pro PŘF OU“ |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení, nadlimitní |

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Je nutné splnit podmínku „celá autoklávovatelná“ nebo mohou být pipety autoklávovatelné částečně?

Odpověď č. 1:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že podmínku „celá autoklávovatelná“ je nutné dodržet. Jedná se o nutnou podmínku pro umožnění jednoduché kompletní sterilizace pipet.

Dotaz č. 2:

Je možné podat dílčí nabídku nebo pouze nabídku obsahující všechny uvedené položky?

Odpověď č. 2:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že dle čl. 13.5. zadávací dokumentace nepřipouští rozdělení veřejné zakázky na části, neboť předmět veřejné zakázky tvoří zboží jednotné povahy, tudíž nelze podat dílčí nabídku. Nabídka musí obsahovat veškeré požadované položky uvedené v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění a Příloze č. 2 – Položkovém rozpočtu. Zadavatel pro upřesnění dále uvádí, že veškeré požadované pipety jsou standardní a není nutné, aby se vždy jednalo o pipety stejné značky.

Dotaz č. 3:

V Příloze č.1 – Technická specifikace předmětu plnění; v bodě a) požadujete jednonábovou nastavitelnou pipetu pro objemy 0,5 – 10 µl.

Akceptoval by zadavatel pipetu o rozsahu 1 – 10ul (pro poptávaných 6 sad), přičemž požadovaná deklarovaná chybovost by podle požadavků zadavatele vyhovovala hodnotám pro minimální a maximální nastavitelný objem?

Odpověď č. 3:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že u Položky č. 1 Sada jednokanálových nastavitelných pipet s příslušenstvím u pipety a) 1 ks Jednokanálová nastavitelná pipeta pro objem 0,5–10 µl trvá na svém požadavku 0,5 – 10 µl s ohledem na potřebu VaV aktivit.

Tímto vysvětlením zadávací dokumentace nebyla provedena změna zadávacích podmínek.

.....
Bc. Tereza Fešárová
referent oddělení veřejných zakázek