

Ostravská univerzita
Dvořákova 138/7 / 702 00 Ostrava / Česká republika
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Fešárová/tereza.fesarova@osu.cz

Všem dodavatelům

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1.1. Název veřejné zakázky:	Dodávka mikroskopů pro Infra Ph.D. II.
1.2. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Ostravská univerzita
Sídlo:	Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava
IČ:	61988987
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
1.4. Druh zadávacího řízení:	Veřejná zakázka malého rozsahu

Na základě žádosti účastníka výběrového řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s čl. 11.3. Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace (dále jen „zadávací dokumentace“).

Dotaz:

Dobrý den.

V části 1 je požadován tubus mj. s těmito parametry:

- sklon úhel 30°
- nastavitelná interpupilární vzdálenost v rozsahu 50 až 76 mm

Přijme zadavatel řešení s těmito parametry?

- sklon úhel 25°
- nastavitelná interpupilární vzdálenost v rozsahu 50 až 75 mm

Děkujeme.

Odpověď:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že přijme řešení s parametry:

- sklon úhel 25°
- nastavitelná interpupilární vzdálenost v rozsahu 50 až 75 mm

Zadavatel na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a v souladu s čl. 11.4. zadávací dokumentace mění některé parametry uvedené v Příloze č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění pro část 1 následovně:

- sklon úhel 22° - 35°
- nastavitelná interpupilární vzdálenost v rozsahu minimální vzdálenost 40-52 mm, maximální vzdálenost 68-80 mm

Na základě výše uvedených úprav zadavatel jako součást tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace předkládá opravenou **Přílohu č. 1 - Technickou specifikaci předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky**. Provedené změny jsou v Příloze č. 1 označeny žlutě.

Vzhledem k provedenému doplnění zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku o celou její původní délku, tedy do 20.08.2024 do 10:00 hod.

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčené tímto doplněním zadávacích podmínek se nemění.

V Ostravě dne

.....
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D
rektor Ostravské univerzity