

Ostravská univerzita
Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Konečná/sara.konecna@osu.cz

Všem dodavatelům

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1.1. Název veřejné zakázky:	Dodávka laboratorních přístrojů pro Infra Ph.D. III.
1.2. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Ostravská univerzita
Sídlo:	Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava
IČ:	61988987
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
1.4. Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení

Na základě žádosti účastníka veřejné zakázky poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Dotaz:

Dobrý den,

kvůli velkému objemu hlubokomrazícího boxu, budete akceptovat rozměry 88x96x1620 a objem 345 l nebo 88x96x2000 a objem 482 l?

**Součástí dotazu jsou katalogové karty, které jsou přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.*

Odpověď:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že trvá na svém požadavku uvedeném v technické specifikaci pro část 3 veřejné zakázky a požaduje maximální vnější rozměry 80 x 110 x 220 cm (jedna ze stran podstavy nesmí překročit maximální rozměr 80 cm, největší rozměr 220 cm uvádí maximální výšku), objem hlubokomrazícího boxu musí být minimálně 360 l.

Tímto vysvětlením zadávací dokumentace nebyla provedena změna zadávacích podmínek.

V Ostravě dne

.....
Bc. Sára Konečná
administrátor veřejné zakázky