

Všem dodavatelům



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**Národní
plán
obnovy**



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1.1. Název veřejné zakázky:

Dodávka simulátoru šterbinové lampy pro LF OU

1.2. Identifikační údaje o zadavateli

Název:

Ostravská univerzita

Sídlo:

Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava

IČ:

61988987

1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:

Veřejná zakázka na dodávky

1.4. Druh zadávacího řízení:

Otevřené řízení

Na základě žádosti účastníka veřejné zakázky poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Dotaz:

Dobrý den,

zadavatel požaduje v technické specifikaci "Pacientská fyzická hlava je otočná a výškově stavitelná". Bude zadavatel akceptovat sestavu, kdy pacientská hlava je ve statické poloze? Veškerý pohyb řeší samotná šterbinová lampa? Plus splňujeme parametr "Výškově nastavitelný stůl".

Odpověď:

Na základě tohoto dotazu zadavatel upravuje svůj požadavek uvedený v technické specifikaci a to tak, že odstraňuje původní požadavek „Pacientská fyzická hlava je otočná a výškově stavitelná“ a nahrazuje jej požadavkem „Pacientská fyzická hlava je ve statické poloze“.

Zadavatel současně s tímto vysvětlením mění dle čl. 11.2.2. zadávací dokumentace a dle § 99 zákona zadávací dokumentaci, resp. svůj požadavek v technické specifikaci a to tak, že odstraňuje níže uvedený parametr:

- Virtuální pacient lze vyšetřovat minimálně pomocí biomikroskopu, fundoskopické čočky a gonioskopické čočky

V návaznosti na provedené úpravy zadavatel jako součást tohoto vysvětlení zadávací dokumentace předkládá upravené znění technické specifikace předmětu plnění.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 a § 99 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku o celou původní délku, a to do **20.11.2024 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

V Ostravě dne

doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
rektor Ostravské univerzity