



VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | „Dodávka zdravotnického spotřebního materiálu pro LERCO“ |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Veřejná zakázka malého rozsahu |

Na základě žádosti účastníka výběrového řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s čl. 10.3. Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace (dále jen „zadávací dokumentace“).

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

rádi bychom požádali o vysvětlení zadávací dokumentace pro technickou specifikaci předmětu plnění pro část 1 této zadávací dokumentace:

- 1) S ohledem na požadované množství u jednotlivých položek, prosíme o objasnění, zda plnění pro jednu položku může být realizováno produkty od různých výrobců, kdy každý bude splňovat specifikaci (bude k němu předložen produktový list) a budou mít stejnou jednotkovou cenu.

Odpověď č. 1:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že v rámci zadávacích podmínek nestanovil požadavek na plnění jednotlivých položek od jednoho výrobce. Z tohoto důvodu zadavatel uvádí, že jedna položka může být plněna produkty od různých výrobců s tím, že bude za stejnou jednotkovou cenu a veškeré nabízené plnění musí splňovat požadavky uvedené v Příloze č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění s položkovým rozpočtem pro část 1 veřejné zakázky.

Dotaz č. 2:

Dobrý den,

rádi bychom požádali o vysvětlení zadávací dokumentace pro technickou specifikaci předmětu plnění pro část 1 této zadávací dokumentace:

2) Položka č. 2 Podtejpovací páska

U požadavku zadavatele není uvedena barva podtejpovací pásky, kterou preferuje. Je možné dodat různé barvy dle aktuálních skladových zásob?

Odpověď č. 2:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že v Příloze č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění s položkovým rozpočtem pro část 1 veřejné zakázky není u položky č. 2 Podtejpovací páska v rámci specifikace položky uveden požadavek na konkrétní barvu, čímž je možné dodat různé barvy této položky.

Dotaz č. 3:

Dobrý den,

rádi bychom požádali o vysvětlení zadávací dokumentace pro technickou specifikaci předmětu plnění pro část 1 této zadávací dokumentace:

3) Položka č. 4 Papírová náplast na cívce

Zadavatel požaduje délku pásky 9 m. Je možné nabídnout náplast v délce 5 m při zachování celkové požadované délky 9m*400 kusů = 3600 m = 5m*720 kusů?

Odpověď č. 3:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že u položky č. 4 Papírová náplast na cívce je pro zadavatele rozhodující celková délka náplasti 3600 m. Z tohoto důvodu odstraňuje v Příloze č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění s položkovým rozpočtem pro část 1 veřejné zakázky u položky č. 4 Papírová náplast na cívce požadavek na délku 9 m a ponechává pouze požadavek na šířku cca 2,5 cm a upravuje požadovaný počet jednotek na 3600 m.

Zadavatel v Příloze č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění s položkovým rozpočtem pro část 1 veřejné zakázky upravuje specifikaci u položky č. 4 Papírová náplast na cívce na základě odpovědi č. 3.

Dotaz č. 4:

Dobrý den,

rádi bychom požádali o vysvětlení zadávací dokumentace pro technickou specifikaci předmětu plnění pro část 1 této zadávací dokumentace:

4) Položka č. 5 Transparentní film v roli

Zadavatel ve specifikaci požaduje, že transparentní film v roli slouží k fixaci zdravotnických pomůcek. Výrobci transparentních filmů v produktových listech toto neuvádějí. Často je uvedeno, že se využívá jako pooperační primární krytí k ochraně tržných ran, nesecernujících ran nebo jako sekundární krytí k fixaci popřípadě konkrétně např. k upevnění měřících přístrojů, sond a katetrů. Prosíme o objasnění, jak bude tento požadavek posuzován, popřípadě upřesnění, k čemu bude film využíván.

Dále je požadována bakteriální a virová bariéra. Jsou stanoveny nějaké parametry pro tuto bariéru? Např. postačuje bariéra před bakteriemi a viry o průměru 30 nm nebo je potřeba větší? Nebo na druhou stranu bude zadavatel akceptovat také fixační pásky, které toto nebudou splňovat, když se jedná o nesterilní materiál?

Odpověď č. 4:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že položka č. 5 Transparentní film v roli bude používán k fixaci zdravotnických pomůcek, konkrétně k upevnění měřících přístrojů.

Zadavatel dále k tomuto dotazu uvádí, že bakteriální a virová bariéra je požadována o průměru min. 27 nm nebo větší. Fixační pásy, které nebudou tento požadavek splňovat, nebudou akceptovány.

Zadavatel v Příloze č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění s položkovým rozpočtem pro část 1 veřejné zakázky upravuje specifikaci u položky č. 5 Transparentní film v roli na základě odpovědi č. 4.

Dotaz č. 5:

Dobrý den,

rádi bychom požádali o vysvětlení zadávací dokumentace pro technickou specifikaci předmětu plnění pro část 1 této zadávací dokumentace:

5) Položka č. 6 Papír na vyšetřovací lůžko

Ve specifikaci je uveden požadavek na nepromokavost, ale jedná se o produkt z papíru. Bude zadavatel akceptovat papírovou podložku, která je savá a příjemná na dotyk, chrání lůžko před možným znečištěním a umožňuje snadnou čistotu lůžka mezi jednotlivými pacienty?

Odpověď č. 5:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že u položky č. 6 Papír na vyšetřovací lůžko odstraňuje požadavek „voděodolný“ a doplňuje k této položce mj. následující požadavky: „savý, chrání lůžko před možným znečištěním a umožňuje snadnou čistotu lůžka mezi jednotlivými pacienty“.

Zadavatel v Příloze č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění s položkovým rozpočtem pro část 1 veřejné zakázky upravuje specifikaci u položky č. 6 Papír na vyšetřovací lůžko na základě odpovědi č. 5.

Dotaz č. 6:

Dobrý den,

rádi bychom požádali o vysvětlení zadávací dokumentace pro technickou specifikaci předmětu plnění pro část 1 této zadávací dokumentace:

Položka č. 7 Jednorázová holítko

ohledem na požadované množství u tohoto produktu, je možné dodat jak variantu pro muže, tak pro ženy v rozsahu dle skladových zásob? Produktové listy by byly předloženy pro obě

Odpověď č. 6:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že v Příloze č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění s položkovým rozpočtem pro část 1 veřejné zakázky není u položky č. 7 Jednorázová holítko v rámci specifikace položky uveden požadavek, že se má jednat o holítko pro ženy či pro muže, čímž je možné dodat holítko pro muže i pro ženy.

Dotaz č. 7:

Dobrý den,

rádi bychom požádali o vysvětlení zadávací dokumentace pro technickou specifikaci předmětu plnění pro část 1 této zadávací dokumentace:

Položka č. 8 Těhotenský test

Bude zadavatel akceptovat testy, kde výsledek testu může být odečten již za 60 sekund, ale pro potvrzení negativního výsledku je třeba vyčkat kompletní čas reakce 5 minut?

Testy jsou často baleny po dvou kusech. Akceptuje zadavatel balení po dvou kusech při dodání 250 balení, tedy celkem 500 kusů?

Odpověď č. 7:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že u položky č. 8 Těhotenský test je uveden požadavek „výsledek do max. 1 min“, což znamená, že výsledek testu může být odečten již za 60 sekund. Zadavatel k této

položce dále doplňuje, že pro potvrzení negativního výsledku je možno vyčkat na kompletní čas reakce až 5 minut.

Zadavatel v Příloze č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění s položkovým rozpočtem pro část 1 veřejné zakázky doplňuje specifikaci u položky č. 8 Těhotenský test na základě odpovědi č. 7.

Zadavatel dále k tomuto dotazu uvádí, že požaduje celkem 500 ks dané položky, čímž je možné dodat 250 balení po 2 kusech. Zadavatel dále upozorňuje, že v rámci Přílohy č. 1 je požadováno uvedení jednotkové ceny za 1 kus zboží nikoliv za 1 balení.

Dotaz č. 8:

Dobrý den,

rádi bychom požádali o vysvětlení zadávací dokumentace pro technickou specifikaci předmětu plnění pro část 1 této zadávací dokumentace:

Položka č. 9 Špunty do uší

Špunty do uší považujeme za jednorázové, bude takové špunty zadavatel akceptovat? Dále ohledem na použitý materiál (z měkké polyuretanové pěny) jsou špunty omyvatelné, ale ani výrobce toto v produktovém listu toto neuvádí. Bude postačovat uvedení materiálu ke splnění

Zadavatel požaduje, aby špunty byly baleny po 2 kusech a celkem 1000 kusů. Chápeme správně, že je požadováno 500 balení po dvou kusech?

Odpověď č. 8:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že u položky č. 9 Špunty do uší požaduje jednorázové špunty do uší.

Po posouzení tohoto dotazu zadavatel odstraňuje v Příloze č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění s položkovým rozpočtem pro část 1 veřejné zakázky požadavek „omyvatelné“ u položky č. 9 Špunty do uší.

Zadavatel dále k tomuto dotazu uvádí, že dvěma kusy je myšlen pár špuntů a požaduje tedy dodat 1000 párů špuntů do uší.

Zadavatel v Příloze č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění s položkovým rozpočtem pro část 1 veřejné zakázky upravuje specifikaci u položky č. 9 Špunty do uší na základě odpovědi č. 8.

V návaznosti na provedenou úpravu položky č. 4 Papírová náplast na cívce, položky č. 5 Transparentní film v roli, položky č. 6 Papír na vyšetřovací lůžko, položky č. 8 Těhotenský test a položky č. 9 Špunty do uší v části 1 veřejné zakázky zadavatel předkládá upravené znění Přílohy č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění s položkovým rozpočtem pro část 1 veřejné zakázky.

Zadavatel nad rámec výše uvedených odpovědí v souladu s čl. 10.4. „Změna nebo doplnění zadávací dokumentace“ Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace (dále jen „Zadávací dokumentace“) upravuje požadavek uvedený v čl. 3.1. Zadávací dokumentace následovně: „Součástí nabídky **pro část 2 veřejné zakázky** musí být **podrobná a přesná specifikace** nabízeného předmětu veřejné zakázky minimálně v rozsahu parametrů požadovaných v **Příloze č. 1 pro část 2 veřejné zakázky** této zadávací dokumentace. Skutečné parametry nabízeného zboží musí být svou kvalitou stejné nebo vyšší než parametry předepsané. Podrobná specifikace může být předložena rovněž v anglickém jazyce.“

Vzhledem k provedené úpravě Zadávací dokumentace předkládá zadavatel jako součást tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace opravenou Zadávací dokumentaci, Přílohu č. 2 – Formulář s názvem „Nabídka“ a Přílohu č. 3 Obchodní podmínky pro část 1 veřejné zakázky.

Zadavatel do těchto příloh promítnul odstranění požadavku na předložení podrobné a přesné specifikace předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky.

Vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku o celou její původní délku, a to do **04.12.2024 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

.....
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
rektor Ostravské univerzity