

Všem dodavatelům



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

LERCO

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | „Dodávka laboratorních přístrojů a vybavení pro VP2 (BFY)“ |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení, nadlimitní |

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

měli bychom dotaz k části 1. Růstová komora.

Mohli bychom Vám nabídnout moderní komory s chlazením peltiér, kde nám ale nesedí rozměry, které požaduje.

Budete akceptovat následující rozměry?

1140 x 960 x 940 (v x š x h) nebo 1480 x 820 x 790 mm (v x š x h) nebo 1990 x 640 x 840 (v x š x h).

Odpověď č. 1:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že nebude akceptovat u části 1. Růstová komora navrhované rozměry, které ve všech třech případech přesahují požadované rozměry specifikované v Příloze č. 1 Technická specifikace předmětu plnění část 1. Zadavatel tedy trvá na svém požadavku maximálních vnějších rozměrů růstové komory 1200 x 650 x 650 mm (v x š x h). Tyto maximální rozměry jsou požadovány vzhledem k prostorovým možnostem pracoviště. Větší rozměry růstových komor by zasahovaly do průchozího a manipulačního prostoru na pracovišti, znesnadňovaly by přístup k dalším zařízením a neumožnily by bezpečný pohyb osob.

Dotaz č. 2:

Dobrý den,

měli bychom dotaz k části 1. Růstová komora.

Požadujete regulaci vlhkosti? Pokud ano, v jakém rozmezí.

Odpověď č. 2:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že u části 1. Růstová komora nepožaduje regulaci vlhkosti.

Tímto vysvětlením zadávací dokumentace nebyla provedena změna zadávacích podmínek.

.....
Bc. Tereza Fešárová
administrátor veřejné zakázky