



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | „Dodávka endovaskulárního simulátoru pro LF OU“ |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení, nadlimitní |

Na základě žádosti účastníka veřejné zakázky poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

zadavatel ve specifikaci produktu uvádí: „Simulační systém umožňuje současnou manipulaci maximálně 5 zařízení paralelně pro pokročilé intervenční techniky“.

Takovéto zadání by splňoval i simulátor, který umožňuje manipulaci například pouze s jedním nástrojem, což však neodpovídá požadavku na umožnění pokročilých intervenčních technik. Dovolujeme si proto požádat zadavatele o upřesnění, zda zadavatel neměl na mysli mít možnost manipulace minimálně s pěti zařízeními/nástroji současně právě pro nácvik požadovaných pokročilých intervenčních technik.

Odpověď č. 1:

Zadavatel po posouzení tohoto dotazu upravuje svůj požadavek „Simulační systém umožňuje současnou manipulaci maximálně 5 zařízení paralelně pro pokročilé intervenční techniky (bifurkační stentování, balonem asistované navíjení, buddy dráty)“ uvedený v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění u položky č. 1 – Endovaskulární simulátor následovně:

- Simulační systém umožňuje manipulaci minimálně s 5 zařízeními/nástroji současně pro nácvik požadovaných pokročilých technik (bifurkační stentování, balonem asistované navíjení, buddy dráty).

V návaznosti na provedenou úpravu zadavatel jako součást tohoto vysvětlení zadávací dokumentace předkládá upravené znění Přílohy č. 1 - Technické specifikace předmětu plnění.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 a § 99 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku o celou původní délku, a to do **14.03.2025 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

.....
doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS
děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity