



zveřejněno na profilu zadavatele <https://zakazky.osu.cz/> dne 10. 3. 2025

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (1)

k veřejné zakázce na služby zadávané v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení podle § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“)

Sekvenování NGS pro LERCO III

1. Údaje o zadavateli

zadavatel: Ostravská univerzita
sídlo: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
IČO: 619 88 987
zastoupený: doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D., rektor

2. Údaje o zastupující osobě (dále též jen „pověřená osoba“)

zastupující osoba: RECTE.CZ, s.r.o.
sídlo: Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00
IČO: 619 72 690
kontaktní údaje: Jana Kobělušová, recte@recte.cz, +420 734 260 410

Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO 619 88 987 zastoupená doc. Mgr. Petrem Kopeckým, Ph.D., rektorem (dále jen „zadavatel“) se rozhodla vyhlásit podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou zakázku označenou **Sekvenování NGS pro LERCO III** (dále jen „veřejná zakázka nebo zadávací řízení“). Veřejná zakázka, resp. oznámení o zahájení nadlimitního zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 11. 2. 2025 pod ev. číslem zakázky Z2025-008501 a dále v Úředním věstníku EU a na profilu zadavatele uvedeného výše. V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, která však nebyla podána včas, přesto zadavatel na ní odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Dotaz dodavatele (úplné znění)_1:

By "certified illumina reagents", do you mean by "Truseq kits only" or it's acceptable to use any widely recognized, academically validated kits, e.g. Qiagen, NEB, Vazyme, IDT, etc.

Pod pojmem „certifikovaná činidla illumina“ máte na mysli „pouze soupravy Truseq“ nebo je přijatelné použít jakékoli široce uznávané akademicky ověřené soupravy, např. Qiagen, NEB, Vazyme, IDT atd.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na původním změní specifikace pro zajištění konzistence s dříve získanými výsledky. Požaduje použití pouze sady TrueSeq.

V Ostravě dne: 10. 3. 2025

Jana Kobělušová

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele