

Všem dodavatelům

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1.1. Název veřejné zakázky:	Dodávka přístrojového vybavení pro stomatologii LF OU III.
1.2. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Ostravská univerzita
Sídlo:	Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava
IČ:	61988987
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
1.4. Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení

Na základě žádosti účastníka veřejné zakázky poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

dovolujeme si rozporovat zadání, jelikož je koncipováno pro umístění RTG na zeď, ale požadujete umístění na mobilní stojan.

Odpověď č. 1:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že požaduje IO RTG umístěný na mobilním stojanu.

Dotaz č. 2:

Rozporujeme dosah 2m IO RTG umístěném na mobilním stojanu, protože konstrukčně je stojan designován pro krátké rameno. Dlouhé rameno by znamenalo dlouhý pákový mechanismus a tím pádem by stojan nebyl stabilní a mohl by se převrhnout.

Odpověď č. 2:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že původní požadavek uvedený v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění obsahoval administrativní chybu. Zadavatel proto upravuje svůj požadavek následovně:

- *Rameno rentgenu je minimálně 80 cm dlouhé.*

Dotaz č. 3:

Pojízdný stojan je navržen jako mobilní jednotka a předpokládá se umístění akvizičního počítače (notebooku) na konstrukci stojanu a současně IO senzor umístit na hlavici RTG. Vyvarujeme se tímto dalším propojovacím kabelům (ethernet, USB), bude nutné pojezdny stojan připojit pouze k elektrické síti 230V.

Odpověď č. 3:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že intraorální rentgen s příslušenstvím musí být konstrukčně uzpůsoben tak, aby mohl být připojen do normální elektrické sítě.

Dotaz č. 4:

Prosíme o vyškrtnutí požadavku na Kevlarovo vlákno, protože verze pro mobilní stojan tuto vlastnost neobsahuje, naopak chybí požadavek na magnetické připojení senzoru.

Odpověď č. 4:

Zadavatel po posouzení dotazu č. 4 odstranil požadavek na Kevlarovo vlákno a doplnil do Přílohy č. 1 – Technické specifikace předmětu plnění požadavek na magnetické připojení senzoru.

Dotaz č. 5:

Dále chybí v požadavku ethernet box implementovaný do RTG. pro přímé připojení s PC.

Odpověď č. 5:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že varianta připojení k PC je na dodavateli. Zadavatel nemá konkrétní požadavek jak bude PC připojen.

Dotaz č. 6:

Vámi vypsané zadání je v rozporu s mobilní jednotkou, proto žádáme o upřesnění, zda budeme RTG umístěn na zdi nebo na mobilním stojanu.

Přikládáme obrázek, jak má mobilní jednotka vypadat.



Odpověď č. 6:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že požaduje intraorální rentgen s příslušenstvím na mobilním pojízdném stojanu.

Na základě výše uvedených úprav zadavatel jako součást tohoto vysvětlení zadávací dokumentace předkládá upravenou Přílohu č. 1 – Technickou specifikaci předmětu plnění.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 a § 99 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku o celou původní délku, tedy **do 16.06.2025 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

doc. MUDr. Mařar Rastislav, Ph.D., MBA, FRCPS
děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity