

Ostravská univerzita  
Dvořákova 138/7 / 702 00 Ostrava / Česká republika  
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987  
ID datové schránky: 37gj9fm  
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Fešárová/terez.fesarova@osu.cz

Všem dodavatelům

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

|                                       |                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.1. Název veřejné zakázky:           | <b>Dodávka laboratorních přístrojů pro Infra Ph.D. V.</b> |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli |                                                           |
| Název:                                | Ostravská univerzita                                      |
| Sídlo:                                | Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava                           |
| IČ:                                   | 61988987                                                  |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:  | Veřejná zakázka na dodávky                                |
| 1.4. Druh zadávacího řízení:          | Otevřené řízení, nadlimitní                               |

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel následující vysvětlení.

### **Dotaz:**

Dobrý den, prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace k části 2 předmětné veřejné zakázky v následujícím bodě:

Požadujete rozsah nastavení teploty +5°C nad teplotu okolí do 60°C, nastavení 0,1°C.

Je možné nabídnout zařízení s rozsahem nastavení teploty do 50°C, nastavení 0,1°C?

Domníváme se, že můžeme nabídnout technicky, uživatelsky a kvalitativně ekvivalentní zařízení, kdy nabízený nastavitelný teplotní rozsah pokrývá většinu kultivačních podmínek a metod.

Předem děkujeme za vaše vyjádření.

### **Odpověď:**

*Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že bude akceptovat zařízení s rozsahem nastavení teploty do 50°C, nastavení 0,1°C a upravuje svůj požadavek uvedený v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění pro část 2 následovně:*

- *teplotní rozsah 5°C nad teplotou okolí do minimálně 50°C, nastavení 0,1°C*

Na základě výše uvedených úprav zadavatel jako součást tohoto vysvětlení zadávací dokumentace předkládá upravenou Přílohu č. 1 – Technickou specifikaci předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 a § 99 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku o celou původní délku, tedy **do 17.06.2025 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

V Ostravě dne .....

.....  
**doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.**  
rektor Ostravské univerzity