



**OSTRAVSKÁ
UNIVERZITA**

Ostravská univerzita
Dvořákova 138/7 / 702 00 Ostrava / Česká republika
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Fešárová/tereza.fesarova@osu.cz

Všem dodavatelům

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

1.1. Název veřejné zakázky:	Dodávka přístrojového vybavení pro stomatologii LF OU III.
1.2. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Ostravská univerzita
Sídlo:	Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava
IČ:	61988987
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
1.4. Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení

Na základě žádosti účastníka veřejné zakázky poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Dotaz:

Vážení,

na základě Zadávací dokumentace, uveřejněné dne 06. 05. 2025, s evidenčním číslem zakázky Z2025-024942 máme nejasnost, proto vznášíme níže uvedený dotaz:

Dotaz č. 1

Rameno rentgenu je minimálně 200 cm dlouhé

Požadavek na délku ramene 200 cm odpovídá konstrukci RTG zařízení s nástěnnou montáží, kde je nutné překlenout pevnou vzdálenost mezi stěnou a pacientem a kde nástěnná montáž poskytuje dostatečnou stabilitu i pro delší rameno s větší pákou. U mobilního stojanu se však zařízení přemísťuje k pacientovi, čímž se eliminuje potřeba nadměrného dosahu ramene. Použití ramene této délky by navíc vedlo k výraznému zhoršení stability zařízení a vyžadovalo by neúměrně robustní podvozek, což popírá základní výhodu mobility. Takové řešení není běžné ani technicky vhodné.

Bude zadavatel akceptovat intraorální RTG s ramenem o délce 132 cm?

Odpověď:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že požadavek na délku ramene rentgenu byl již řešen ve vysvětlení zadávací dokumentace zveřejněném dne 14. 05. 2025. Na základě uvedeného vysvětlení došlo ke změně požadavku, konkrétně:

- Rameno rentgenu je minimálně 80 cm dlouhé

Tímto vysvětlením zadávací dokumentace nebyla provedena změna zadávacích podmínek.

.....
Bc. Tereza Fešárová
administrátor veřejné zakázky