

Ostravská univerzita
Dvořákova 138/7 / 702 00 Ostrava / Česká republika
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Fešárová/tereza.fesarova@osu.cz

Všem dodavatelům

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE III.

1.1. Název veřejné zakázky:	Dodávka laboratorních přístrojů pro Infra Ph.D. V.
1.2. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Ostravská univerzita
Sídlo:	Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava
IČ:	61988987
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
1.4. Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení, nadlimitní

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz:

Tímto bych vás chtěl požádat o dodatečné technické informace k této veřejné zakázce pro část 2 CO2 inkubátor:

a.) Ve vašich technických požadavcích je požadavek: „minimální objem 260 ltr.“

a.) Náš dotaz zní:

Pro dotaz a.,

1.a) Bylo by možné nabídnout CO2 inkubátor, který má stejné, nebo dokonce v některých požadovaných technických parametrech lepší technické parametry, ale má nepatrně menší objem a to 258 litrů, tedy o nepatrných 0,5 %.

Odpověď:

Po důkladném zvážení zadavatel uvádí, že **změnu daného parametru u inkubátoru neakceptuje**. Vzhledem ke specifickým požadavkům na experimentální podmínky je nezbytné, aby zařízení plně odpovídalo původně specifikovaným technickým parametrům.

Tímto vysvětlením zadávací dokumentace nebyla provedena změna zadávacích podmínek.

V Ostravě dne

.....
Bc. Tereza Fešárová
administrátor veřejné zakázky