

Ostravská univerzita
Dvořákova 138/7 / 702 00 Ostrava / Česká republika
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Fešárová/tereza.fesarova@osu.cz

Všem dodavatelům



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY**



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE III.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Dodávka termokamery pro technickou a pracovní výchovu |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Veřejná zakázka malého rozsahu |

Na základě žádosti účastníka výběrového řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s čl. 11.3. Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace (dále jen „zadávací dokumentace“).

Dotaz č. 1:

Dobrý den, rádi bychom položili dotazy ohledně technické specifikace k VZ „Dodávka termokamery pro technickou a pracovní výchovu“ E-ZAK č. P25V00000086.

Chtěli by jsme nabídnout nový typ termokamery se třemi objektivy, která má nepochybně jiné(i lepší) parametry, než je konkrétní zadání, zda-li vyhovuje Vašemu použití?

Rozlišení senzoru: min. 600×400 pixelů ANO, 640×480

Spektrální rozsah: min. 7,5–14 μm ANO, 7,5-14

Snímkovací rychlost: min. 25 Hz ANO, 30Hz

Záznam videa: radiometrické video min. 30 Hz na SD kartu ANO, 30Hz

Displej: min. 4" dotykový ANO, 5" dotykový

Digitální kamera: min. 5 Mpx ANO, 8Mpix

Teplotní rozsah: min. -20 °C až +1500 °C ANO, -40 až +2200°C včetně objektivů!

Zadavatel bude u požadavků na konkrétní rozměr označený * akceptovat toleranci rozměrů ±5%.

Tři objektivy se zornými poli v rozmezí:

38° x 29° až 42° x 32°, takže s tolerancí to bude max 44,1;

nová termokamera má 50x37,3 L50;

20°* x 15°* až 24°* x 18°*, ANO, 24,8x18,7 L25;

10°* x 8°* až 14°* x 10°*. ANO, 12x9 ;

Hmotnost: max. 1,6 kg včetně baterie ANO, 1,48 kg

Ostření: automatické (laserový dálkoměr) i manuální ANO, laserové i manuální

Otočný objektiv: 180°* ANO, 180°

Citlivost termokamery: v kombinaci minimálně s jedním z nabízených objektivů NETD ≤30mK (0,03°C) ANO, menší než 0,03°C

Přesnost měření teploty: ±2 °C nebo ±2 % ANO, ±2 °C nebo ±2 %

Multispektrální zobrazení: ano, MSX ANO, systém MSX je vytažení kontur z viditelného snímku do IR

Zoom: kontinuální min. 1–6× ANO, kontinuální 1,0 - 12,0x

Měřicí funkce: min. 3body, 3 obdélníkové ROI, 3 kruhové ROI ANO, 10 bodů, 5 obdelníků, 5 kruhů

Ovládací prvky: oddělené od objektivu ANO, na těle

Rozlišení displeje: shodné s nativním rozlišením detektoru ANO, je násobkem rozlišení detektoru, 1280x720, nevznikají dodatečné fragmenty vzorkováním

Export dat: do formátu .csv nebo .xls ANO, csv

Radiometrický snímek: ve formátu .jpg ANO, jpg

GPS a kompas: ano ANO

Certifikace evropské shody CE: ano ANO

Děkuji za odpověď,

Odpověď č. 1:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že parametr specifikace objektivů, tj. požadavků na velikost zorného pole, vychází z plánovaných požadavků experimentů, není tedy důvod zorné pole (resp. definici objektivů) měnit.

Zadavatel požaduje shodné rozlišení detektoru a displeje. Vyšší rozlišení displeje znamená, že obraz na displeji neodpovídá reálnému obrazu z detektoru, neboť polovina pixelů je nějakým způsobem "dopočítána". To není přijatelné.

Zadavatel tedy trvá na všech svých požadavcích uvedených v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění.

Tímto vysvětlením nebyla provedena změna zadávací dokumentace.

V Ostravě dne

.....
Bc. Tereza Fešárová
referentka pro zadávání veřejných zakázek