



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1.1. Název veřejné zakázky:	„Dodávka pipet pro VP2 (BFY)“
1.2. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Ostravská univerzita
Sídlo:	Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava
IČ:	61988987
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
1.4. Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení, nadlimitní

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Vážený zadavateli,

rádi bychom požádali o upřesnění údajů uvedených k položce č. 1 – jednokanálová nastavitelná pipeta pro objemy od minima v rozmezí 0,1–0,2 µl a maxima v rozmezí 2,0–3,0 µl

Konkrétně varianta b) Pro pipetu s maximálním objemem 2,5 µl:

„chybovost náhodná při nastaveném objemu 1,25 µl $\pm$ 1,0 % a nižší; $\pm$ 0,013 µl a nižší“.

Domníváme se, že by zde mohlo jít o chybu v přepisu nebo nesrovnalost. Hodnota 1,0 % se zdá být nižší než odpovídající hodnoty u objemů 1,0 µl (1,5 %) a 1,5 µl (1,6). Při zachování obdobného trendu by odpovídající hodnota náhodné chybovosti při objemu 1,25 µl měla být spíše kolem $\pm$ 1,5 %. Můžete, prosím, potvrdit, zda je tato hodnota uvedena správně, nebo zda se jedná o překlep v dokumentaci?

Odpověď č. 1:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že je hodnota uvedena správně. Zároveň na základě dotazu může zadavatel akceptovat pro tuto položku chybovost $\pm$ 1,5 %. Tímto Zadavatel upravuje technickou specifikaci pro položku č. 1 Jednokanálová nastavitelná pipeta pro objemy od minima v rozmezí 0,1 – 0,2 µl a maxima v rozmezí 2,0 – 3,0 µl, konkrétně k variantě b) Pro pipetu s maximálním objemem 2,5 µl následovně:

- chybovost náhodná při nastaveném objemu 1,25 µl $\pm$ 1,5 % a nižší; $\pm$ 0,019 µl a nižší

V návaznosti na provedené úpravy zadavatel jako součást tohoto vysvětlení zadávací dokumentace předkládá upravené znění Přílohy č. 1 – Technické specifikace předmětu plnění.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 a § 99 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku o celou její původní délku, a to **do 14.11.2025 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

.....
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
rektor Ostravské univerzity