

Všem dodavatelům



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

LERCO

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

| | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Dodávka laboratorní myčky pro LERCO |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení, nadlimitní |

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

rádi bychom se informovali, zda bude zadavatel akceptovat nabídku na myčku laboratorního skla, jejíž hmotnost je 100 kg. Námi nabízená myčka je malých rozměrů, proto máme za to, že i přes vyšší než požadovanou nosnost je manipulace s ní nenáročná. Předem děkuji za odpověď.

Odpověď č. 1:

Zadavatel po posouzení dotaz č. 1 upravuje svůj požadavek na hmotnost uvedený v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění následovně:

- Hmotnost maximálně 100 kg

V návaznosti na provedenou úpravu zadavatel předkládá upravené znění Přílohy č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 a § 99 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku o celou její původní délku, a to do **18.11.2025 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

.....
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
rektor