

Všem dodavatelům



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

LERCO

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Přístroje I. – homogenizátory a další laboratorní přístroje pro LERCO |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení, nadlimitní |

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,
prosíme o zodpovězení dodatečných dotazů:

Část 1

Položka 2 - Homogenizační kulový mlýnek

Bude zadavatel akceptovat zařízení které umožňuje čas homogenizace od 10s až do 8h při zachování ostatních parametrů?

Odpověď č. 1:

Zadavatel po posouzení dotazu č. 1 upravuje u položky č. 2 - Homogenizační kulový mlýnek svůj požadavek na čas homogenizace uvedený v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění pro část 1 následovně:

- Čas homogenizace - Plynuje nastavitelný, minimální rozsah 10 s – 99 min.

Dotaz č. 2:

Část 1

Položka 2 - Homogenizační kulový mlýnek

Prosíme o upřesnění jakou velikost požaduje zadavatel pro mlecí koule které požaduje pro 25 ml nerezovou nádobu/adaptér?

Výrobce doporučuje pro 25 ml výběr z těchto velikostí (průměr): 10 mm, 12 mm nebo 15 mm.

Odpověď č. 2:

Zadavatel k dotazu č. 2 uvádí, že nepožaduje konkrétní velikost (průměr) mlecích kouli. Kterákoliv z uvedených možností zadavateli vyhovuje.

Dotaz č. 3:

Část 3

Položka 4 - Vodní lázeň

Dotaz 1

V zadání je uveden požadavek na rozměry užitného otvoru lázně 210 × 270 / 200 mm a pracovní objem 5–10 litrů. Předpokládáme správně, že uvedené rozměry představují maximální požadovanou hodnotu?

Odpověď č. 3:

Zadavatel po posouzení dotazu č. 3 upravuje u položky č. 4 – Vodní lázeň svůj požadavek na rozměry užitného otvoru lázně (šířka x délka/ hloubka) a dále na objem uvedený v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění pro část 3 následovně:

- *rozměry užitného otvoru lázně (šířka x délka/ hloubka): maximálně 310 x 285 /200,*
- *objem min. 5 litrů a maximálně 11 litrů.*

Dotaz č. 4:

Část 3

Položka 4 - Vodní lázeň

Dotaz 2

Akceptuje zadavatel zařízení s vnitřními rozměry 306 × 281 / 125 mm a celkový objem cca 10,8 litru, což je velmi blízko horní hranici požadovaného objemu; s vnější šířkou 335 mm; a zároveň s teplotním rozsahem +5 °C až 99 °C a a teplotní stabilitou ±0,2 °C, což splňuje požadavek na přesnost a rovnoměrnost? Prosíme o potvrzení, zda je toto řešení akceptovatelné, pokud ostatní parametry (materiál, konstrukce, bezpečnostní prvky) plně odpovídají zadání.

Odpověď č. 4:

Zadavatel po posouzení dotazu č. 4 upravuje u položky č. 4 – Vodní lázeň svůj požadavek na vnější rozměry lázně, pracovní rozsah, rozsah regulace a dále na přesnost a rovnoměrnost teploty uvedený v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění pro část 3 následovně:

- *vnější rozměry lázně: šířka x délka x hloubka – maximálně: 340 x 480 x 430 mm,*
- *pracovní rozsah: teplota okolí +5 °C až 99 °C,*
- *rozsah regulace: minimálně v rozsahu +5 až -99 °C,*
- *přesnost teploty: maximální odchylka 0,5 °C (37°C), rovnoměrnost teploty: maximální odchylka 0,2°C (37°C).*

Zadavatel dále uvádí, že požadavek na rozměry užitného otvoru lázně (šířka x délka/ hloubka) a dále na objem upravitel v odpovědi č. 3 tohoto vysvětlení.

V návaznosti na provedenou úpravu zadavatel předkládá upravené znění Přílohy č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění pro část 1 a pro část 3 veřejné zakázky.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 a § 99 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku o celou její původní délku, a to do **08.01.2026 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

.....
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
rektor