



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1.1. Název veřejné zakázky:	Dodávka spektrofluorimetru pro LERCO
1.2. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Ostravská univerzita
Sídlo:	Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava
IČ:	61988987
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
1.4. Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení, nadlimitní

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz č. 1:

V příloze č. 1 v technické specifikaci předmětu plnění je uveden tento požadavek
„Poměr signál/šum (RMS) měřený na Ramanovském píku vody při excitaci při vlnové délce 350 nm, spektrálních šířkách excitačního a emisního monochromátoru 5 nm a doba odezvy detektoru 2 sekundy: Alespoň 8500:1“

Dotaz č. 1: Můžeme nabídnout přístroj, který splňuje podmínku poměru signálu/čum v hodnotě 8500:1 při 450 nm (nikoliv 350 nm)?

Odpověď č. 1:

Zadavatel po posouzení dotazu č. 1 upravuje v Příloze č. 1 - Technické specifikaci předmětu plnění příslušný technický požadavek následovně:

- *Poměr signál/šum (RMS) měřený na Ramanovském píku vody při excitaci při některé z vlnových délek v rozmezí 350–450 nm, spektrálních šířkách excitačního a emisního monochromátoru 5 nm a doba odezvy detektoru 2 sekundy: Alespoň 8500:1*

Dotaz č. 2:

V příloze č. 1 v technické specifikaci předmětu plnění je uveden tento požadavek
„Umožňuje nastavení o udržování teploty vzorku v rozsahu: Alespoň -10 °C -+ 100 °C,“

Dotaz č. 2: Můžeme nabídnout přístroj, který splňuje podmínku nastavení a udržování teploty vzorku v následujících kritériích?: Nastavitelná teplota: -10 - 110 °C a udržitelná teplota: 0 - 100 °C. Ve vyšším rozsahu nejsou nastavené hodnoty stabilní.

Odpověď č. 2:

Zadavatel po posouzení dotazu č. 2 upravuje v Příloze č. 1 - Technické specifikaci předmětu plnění příslušný technický požadavek následovně:

- *Umožňuje nastavení a udržování teploty vzorku v rozsahu: Alespoň 0 °C – +100 °C*

V návaznosti na provedenou úpravu zadavatel předkládá upravené znění Přílohy č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 a § 99 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku o celou její původní délku, a to do **03.03.2026 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

.....
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
rektor