

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | „Dodávka laboratorních přístrojů pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity II./2“ |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení, nadlimitní |

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Máme dotaz k části 2.

V příloze č. 1 Technická specifikace je uveden požadavek na: Systém musí umožňovat použití FFPE vzorků a fixovaných vzorků.

Bude zadavatel akceptovat, že to nabídnutý systém umožňuje použití FFPE vzorků a fixovaných vzorků, ale pouze po upgradu na vyšší verzi? Je to stejná situace jako předcházející bod o ATAC-seq.

Přístroj Chromium Xo je výrobcem primárně definován jako dedikované zařízení pro 3' Single Cell Gene Expression.

- Standardní Fixované RNA Profilování (Flex) je vyhrazena pro vyšší modely Chromium iX a Chromium X.

Více na stránkách výrobce <https://www.10xgenomics.com/products/flex-gene-expression>

Odpověď č. 1:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že výše uvedené bude akceptovat. Zadavatel na základě dotazu upravil své požadavky uvedené v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky.

V návaznosti na provedené úpravy zadavatel jako součást tohoto vysvětlení zadávací dokumentace předkládá upravené znění Přílohy č. 1 – Technické specifikace předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 a § 99 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku o celou její původní délku, a to **do 31.03.2026 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

.....
doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPs
děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity