

Všem dodavatelům



Spolufinancováno  
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

**LERCO**

## VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

1.1. Název veřejné zakázky:	<b>Přístroje II. – centrifugy a inkubátory pro LERCO</b>
1.2. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Ostravská univerzita
Sídlo:	Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava
IČ:	61988987
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
1.4. Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení, nadlimitní

Na základě žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel následující vysvětlení.

### Dotaz č. 1:

Vážený zadavateli,  
prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace, konkrétně v části 2: Inkubátory.

- 1) Bude zadavatel akceptovat u položky č. 3 – Inkubátor CO2 velký, teplotní rozsah od +6°C nad teplotou okolí místo původně vypsanych +5°C?

### Odpověď č. 1:

Zadavatel po posouzení dotazu č. 1 upravuje u položky č. 3 – Inkubátor CO2 velký svůj požadavek na teplotní rozsah uvedený v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění pro část 2 následovně:

- Minimální teplotní rozsah od 6°C nad teplotou okolí do minimálně 50°C, nastavení po maximálně 0,1°C

### Dotaz č. 2:

- 2) Bude zadavatel akceptovat u položky č. 3 – Inkubátor CO2 velký, výšku přístroje 1020 mm místo původně zadaných 1000 mm?

### Odpověď č. 2:

Zadavatel po posouzení dotazu č. 2 upravuje u položky č. 3 – Inkubátor CO2 velký svůj požadavek na výšku uvedený v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění pro část 2 následovně:

- max. vnější rozměry 850×850×1020 mm Š×H×V

**Dotaz č. 3:**

3) Prosíme o upřesnění položky č.4 – Inkubátor s integrovanou třepačkou. Konkrétně je nutné sdělit zda má mít inkubátor nucenou či přirozenou regulaci vzduchu a zda má být inkubátor s atmosférou CO2 jelikož třepačka do něj má vydržet atmosféru CO2.

**Odpověď č. 3:**

Zadavatel k dotazu č. 3 uvádí, že v návaznosti na důvody zvláštního zřetele dochází k vyjmutí položky č. 4 - Inkubátor s integrovanou třepačkou z části 2 veřejné zakázky a bude předmětem dalšího nákupu.

**Dotaz č. 4:**

Dobrý den,

zasíláme dotaz k části 1 VZ, k položce č.3 – Centrifuga pro zkumavky Falcon chlazená:

Je přípustné nabídnout centrifugu, jejíž Max. relativní zrychlení je 31 514 x g a zároveň Max. relativní zrychlení s požadovaným rotorem pro 6 zkumavek typu Falcon o objemu 50 ml a 15 ml je 4 025 x g?

**Odpověď č. 4:**

Zadavatel k dotazu č. 4 uvádí, že max. relativní zrychlení minimálně 5 000 x g je požadováno pro všechny typy požadovaných rotorů.

**Dotaz č. 5:**

Dobrý den,

níže zasílám dotaz k části 1 VZ, konkrétně k položce č. 6.

Zadavatel požaduje u povinného příslušenství adaptéry pro zkumavky s kulatým dnem. Jaké objemy tím zadavatel přesně myslí? Jde o 15 ml a 50 ml, tedy stejně, jako je požadováno pro kónické zkumavky?

**Odpověď č. 5:**

Zadavatel po posouzení dotazu č. 5 upřesňuje u položky č. 6 – Centrifuga stolní svůj požadavek u povinného příslušenství na adaptéry pro zkumavky s kulatým dnem uvedený v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění pro část 1 následovně:

- Adaptéry pro zkumavky s kulatým dnem 15 ml a 50 ml

**Dotaz č. 6:**

Dobrý den,

zasílám dotazy k části 2 VZ:

1. Dotaz k položce č. 3: Zadavatel požaduje max. vnější výšku 1000 mm . Bude akceptovaný inkubátor o 20 mm vyšší?

**Odpověď č. 6:**

Zadavatel po posouzení dotazu č. 6 upravuje u položky č. 3 – Inkubátor CO2 velký svůj požadavek na výšku uvedený v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění pro část 2 následovně:

- max. vnější rozměry 850×850×1020 mm Š×H×V

Zadavatel v souladu s čl. 10.4. „Změna nebo doplnění zadávací dokumentace“ zadávací dokumentace a s ohledem na odpověď č. 3, tedy odstranění **položky č. 4 – Inkubátor s integrovanou třepačkou** v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky upravuje čl. 3.4. „Předpokládaná hodnota veřejné zakázky“ zadávací dokumentace následovně:

„Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **3 624 000,- Kč bez DPH**, z toho činí předpokládaná hodnota

části 1: 2 284 000 Kč bez DPH,  
části 2: 1 340 000 Kč bez DPH.

*Nabídková cena nesmí překročit výši stanovené předpokládané hodnoty jednotlivých částí veřejné zakázky. Dodavatel musí rovněž dodržet zadavatelem stanovené maximální jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 – Položkový rozpočet. V případě, že nabídková cena překročí stanovenou předpokládanou hodnotu jednotlivé části veřejné zakázky či stanovené maximální jednotkové ceny, bude účastník ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění podmínek stanovených zadavatelem ve smyslu ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona.“*

Zadavatel dále na základě výše uvedeného, tedy odstranění položky č. 4 – Inkubátor s integrovanou z části 2 veřejné zakázky odstraňuje tuto položku z Přílohy č. 1 - Technické specifikaci předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky a dále z Přílohy č. 2 – Položkový rozpočet pro část 2 veřejné zakázky.

Zadavatel na základě žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace provedl kontrolu dokumentů a zjistil, že v Příloze č. 1 - Technické specifikaci předmětu plnění pro část 2 u **položky č. 2 – Třepačka s inkubátorem s možností chlazení** došlo k administrativnímu pochybení při stanovení požadavku na teplotní rozsah.

Na základě výše uvedeného provedl zadavatel v souladu s čl. 10.4. „Změna nebo doplnění zadávací dokumentace“ zadávací dokumentace, a tedy ve smyslu ustanovení § 99 zákona změnu zadávací dokumentace a mění požadavek na teplotní rozsah uvedený v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění pro část 2 u položky č. 2 – Třepačka s inkubátorem s možností chlazení následovně:

- Rozsah nastavení teploty minimálně v rozmezí od +5 °C do +50 °C v místnosti o teplotě 23 °C

Na základě výše uvedených úprav zadavatel jako součást tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace předkládá opravenou Zadávací dokumentaci, Přílohu č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky, Přílohu č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky a Přílohu č. 2 – Položkový rozpočet.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 4 a 5 a § 99 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku o celou její původní délku, a to do **15.04.2026 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

.....  
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.  
rektor