



VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Dodávka průtokového cytometru, Real-time PCR systému a droplet digital PCR systému a PCR (thermo) cycleru pro LERCO |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení, nadlimitní |

Na základě žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Dobrý den, zasíláme dotaz **k části 3 VZ - PCR (thermo) cycler:**

V technických parametrech je požadovaná hlučnost: max. 45 dB(A) při provozu.

Měření hlučnosti je ovlivněno mnoha faktory (teplota, vlhkost, okolní prostředí atd.) a srovnání tohoto parametru za různých podmínek není proto vypovídající. Námi nabízený termocykler má výrobcem uváděnou hlučnost ≤ 55 dB(A).

Je pro účely výběrového řízení přípustné nabídnout termocykler s hlučností ≤ 55 dB(A)?

Odpověď č. 1:

Zadavatel posoudil žádost o vysvětlení zadávací dokumentace pro část 3 veřejné zakázky - PCR (thermo) cycler a uvádí, že bude akceptovat zařízení s výše uvedeným parametrem.

Zadavatel v souladu s čl. 10.4. „Změna nebo doplnění zadávací dokumentace“ zadávací dokumentace, a tedy ve smyslu ustanovení § 99 zákona, mění technickou specifikaci zařízení požadovaného v rámci části 3 veřejné zakázky - PCR (thermo) cycler a to tak, že namísto parametru „Hlučnost: max. 45 dB(A) při provozu“ nově uvádí parametr „**Hlučnost: max. 55 dB(A) při provozu**“.

S ohledem na provedené změny zadavatel jako součást tohoto vysvětlení zadávací dokumentace předkládá upravenou Přílohu č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění pro část 3 veřejné zakázky. Změna specifikace je v dokumentu zvýrazněna.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 4 a 5 a § 99 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku o celou její původní délku, a to do **17. 4. 2026 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčené touto změnou zadávacích podmínek se nemění.

V Ostravě

.....
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
rektor Ostravské univerzity