

Všem dodavatelům



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Ministerstvo životního prostředí

LERCO

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE III.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Přístroje II. – centrifugy a inkubátory pro LERCO |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení, nadlimitní |

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

bude zadavatel v části 1 akceptovat pro položku:

č. 2 - dva rotory (nikoli 3 ks), a to 1 ks pro 8x 1,5 / 2,0 ml a 1 ks pro 2 PCR strupy (8*0,2 ml) nebo 16x 0,2 ml? Tedy druhý zmíněný rotor by byl využitelný pro oba typy zkumavek 0,2 ml?

Odpověď č. 1:

Zadavatel po posouzení dotazu č. 1 uvádí, že bude akceptován rotor pro 2 ks PCR stripů, který lze použít pro 16x 0,2 ml zkumavky. Z tohoto důvodu zadavatel upravuje u položky č. 2 - Minicentrifuga s fixním nastavením rychlosti svůj požadavek na rotory uvedené v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění pro část 1 následovně:

- *Součástí balení rotory splňující podmínku výše na minimální kapacitu.*

Dotaz č. 2:

bude zadavatel v části 1 akceptovat pro položku:

č. 3 - hlučnost <65 dB?

Odpověď č. 2:

Zadavatel po posouzení dotazu č. 2 uvádí, že za dodržení ostatních podmínek bude akceptována hlučnost <65 dB. Z tohoto důvodu zadavatel upravuje u položky č. 3 - Centrifuga pro zkumavky Falkon chlazená svůj požadavek na hlučnost uvedený v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění pro část 1 následovně:

- *Úroveň hluku: max. 65 dB.*

Dotaz č. 3:

bude zadavatel v části 1 akceptovat pro položku:
č. 4 - hlučnost <60 dB?

Odpověď č. 3:

Zadavatel po posouzení dotazu č. 3 uvádí, že nebude akceptovat pro položku č. 4 - Centrifuga mikrozkušavky chlazená v části 1 veřejné zakázky max. hlučnost <60 dB a trvá na svém původním požadavku.

Dotaz č. 4:

bude zadavatel v části 1 akceptovat pro položku:
č. 5 - hlučnost <60 dB?

Odpověď č. 4:

Zadavatel po posouzení dotazu č. 4 uvádí, že za dodržení ostatních podmínek bude akceptována hlučnost <60 dB. Z tohoto důvodu zadavatel upravuje u položky č. 5 - Centrifuga mikrozkušavky nechlazená svůj požadavek na hlučnost uvedený v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění pro část 1 následovně:

- *Úroveň hluku: max. 60 dB*

Dotaz č. 5:

bude zadavatel v části 1 akceptovat pro položku:
č. 6 - hlučnost <67 dB, vnější výšku 45,5 cm (tedy rozměry max. šxh xv: 77x69x45,5 cm)?
Dále bychom Vás chtěli požádat o upřesnění rozměrů zkumavek s kulatým dnem o objemu 15 a 50 ml. A je možné dodat odstředivku s dalším rotorem nikoliv adaptérem pro mikrotitrační jednotky?

Odpověď č. 5:

Zadavatel po posouzení dotazu č. 5 uvádí, že nebude akceptovat pro položku č. 6 - Centrifuga stolní v části 1 veřejné zakázky max. hlučnost <67 dB a trvá na svém původním požadavku.

Zadavatel dále k tomuto dotazu uvádí, že v případě vnějšího rozměru bude akceptovat vnější výšku 45,5 cm a bude akceptovat další rotor namísto adaptéru pro mikrotitrační desky. Rozměry zkumavek s kulatým dnem jsou 12 mm x 75 mm.

Z výše uvedených důvodů zadavatel upravuje u položky č. 6 - Centrifuga stolní svoje požadavky na výšku a adaptéry pro zkumavky s kulatým dnem uvedené v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění pro část 1 následovně:

- *Maximální rozměry (Š×H×V): 77 cm x 69 cm x 45,5 cm*
- *Adaptéry nebo rotor pro zkumavky s kulatým dnem, které mají rozměr 12 mm x 75 mm.*

V návaznosti na provedenou úpravu zadavatel předkládá upravené znění Přílohy č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 a § 99 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku o celou její původní délku, a to do **21.04.2026 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

.....
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
rektor