

Všem dodavatelům



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Ministerstvo životního prostředí

LERCO

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | „Dodávka laminárních boxů a autoklávů pro LERCO“ |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení, nadlimitní |

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Dobré odpoledne, prosíme o vysvětlení ZD.

Položka č. 1: Laminární box malý I

Zadavatel požaduje vnitřní minimální rozměry (š x h x v): 1200 x 620 x 780 mm.

Akceptoval by zadavatel rozměr 1200 x 620 x 710 mm (bez podstavce)? S podstavcem je výška 2 180 mm.

Odpověď č. 1:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že navrhované parametry nelze akceptovat, jelikož minimální vnitřní rozměry, které jsou důležité pro práci např. s většími nádobami a přístroji v laminárním boxu, které budou používány pro kultivaci buněk produkujících viry.

Dotaz č. 2:

Položka č. 2 - Laminární box velký I

Požadujete maximální vnější rozměry (š x v x h): 1900 x 800 x 1900 mm

Akceptoval by zadavatel rozměr 1930 x 1390 x 790 mm (bez podstavce)? S podstavcem je výška 2 180 mm.

Odpověď č. 2:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že akceptuje nabízené plnění a na základě zjištění také administrativní chyby, kdy došlo k záměně výšky a hloubky laminárního boxu, tak zadavatel upravuje svůj požadavek uvedený v

Přílohy č. 1 – Technické specifikace předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky u položky č. 2 následovně:
- Maximální vnější rozměry (š x v x h): 1900 x 2180 x 800 mm (s podstavcem).

Dotaz č. 3:

Položka č. 5 - Laminární box malý II

Výška pracovního otvoru minimálně 750 mm při úplném otevření okna. Zkosení předního okna (mezi 8 až 10°). Akceptoval by zadavatel výšku otvoru 580 mm a zkosení 7°?

Děkujeme za vyjádření.

Odpověď č. 3:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že navrhované parametry nelze akceptovat, protože výška pracovního otvoru 580 mm je nedostatečná pro bezpečnou manipulaci s vyššími laboratorními nádobami a přístroji umístovanými do pracovního prostoru boxu. Požadovaná výška 750 mm byla stanovena z důvodu zajištění ergonomické práce a dostatečného manipulačního prostoru. Současně sklon předního okna 7° neodpovídá požadovanému rozsahu 8–10°, který je definován s ohledem na optimální ergonomii práce obsluhy a správné směrování laminárního proudění vzduchu v pracovním prostoru.

V návaznosti na provedené úpravy zadavatel jako součást tohoto vysvětlení zadávací dokumentace předkládá upravené znění Přílohy č. 1 – Technické specifikace předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 a § 99 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku o celou její původní délku, a to **do 21.04.2026 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

.....
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
rektor Ostravské univerzity