

Všem dodavatelům



Spolufinancováno  
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

**LERCO**

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE IV.

1.1. Název veřejné zakázky:	<b>Přístroje II. – centrifugy a inkubátory pro LERCO</b>
1.2. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Ostravská univerzita
Sídlo:	Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava
IČ:	61988987
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
1.4. Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení, nadlimitní

Na základě žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel následující vysvětlení.

### Dotaz č. 1:

Dobrý den,  
prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace pro část 1 - centrifugy.

#### Položka 1:

Bude zadavatel akceptovat centrifugu s kapacitou 2 PCR stripy (8\*0,2 ml) místo 4 PCR stripy(8\*0,2 ml) při zachování ostatních parametrů?

### Odpověď č. 1:

*Zadavatel po posouzení dotazu č. 1 uvádí, že nebude akceptovat pro položku č. 1 - Minicentrifuga/vortex combispin s fixním nastavením rychlosti v části 1 veřejné zakázky centrifugu s kapacitou pro 2 PCR stripy (8\*0,2 ml) na místo 4 PCR stripy (8\*0,2 ml) při zachování ostatních parametrů a trvá na svém původním požadavku.*

### Dotaz č. 2:

prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace pro část 1 - centrifugy.

#### Položka 5:

Bude zadavatel akceptovat úroveň hluku do 56 dB místo původních 55 dB při zachování ostatních parametrů?

### Odpověď č. 2:

*Zadavatel k dotazu č. 2 uvádí, že v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace III. ze dne 17.03.2026*

došlo u položky č. 5 - Centrifuga mikrozkuřavky nechlazená v části 1 veřejné zakázky ke změně požadavku na hlučnost a to následovně: Úroveň hluku: max. 60 dB, z čehož vyplývá, že zadavatel bude akceptovat zařízení s hlučností do 56 dB.

**Dotaz č. 3:**

prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace pro část 1 - centrifugy.

Položka 6:

Bude zadavatel akceptovat nastavení časovače od 1 minuty na místo 1 s? Pro centrifugace do 1 minuty slouží u centrifug tlačítko pulzní centrifugace kterým je vybavena zamýšlená centrifuga.

**Odpověď č. 3:**

Zadavatel po posouzení dotazu č. 3 upravuje a doplňuje u položky č. 6 – Centrifuga stolní svůj požadavek na časovač uvedený v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění pro část 1 následovně:

- Časovač: minimálně v rozsahu 1 min–9 h 59 min + kontinuální
- Tlačítko pulzní centrifugace nebo časovat minimálně od 1 s–1 min

**Dotaz č. 4:**

prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace pro část 1 - centrifugy.

Položka 6:

Bude zadavatel akceptovat úroveň hluku do 68 dB místo původních 63 dB?

**Odpověď č. 4:**

Zadavatel po posouzení dotazu č. 4 uvádí, že nebude akceptovat pro položku č. 6 - Centrifuga stolní v části 1 veřejné zakázky zařízení s hlučností do 68 dB a trvá na svém původním požadavku.

**Dotaz č. 5:**

prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace pro část 1 - centrifugy.

Položka 6:

Bude zadavatel akceptovat samostatný rotor na mikrotitrační destičky místo adaptéru na mikrotitrační destičky? Vzhledem k požadovanému objemu centrifugy 4x400 ml je standardní řešení samostatný rotor na mikrotitrační destičky.

**Odpověď č. 5:**

Zadavatel po posouzení dotazu č. 5 uvádí, že bude akceptovat u položky č. 6 - Centrifuga stolní v části 1 veřejné zakázky samostatný rotor na mikrotitrační desky místo adaptéřů, ale jenom pokud rotor splňuje podmínku centrifugace min 4 mikrotitračních desek současně. Z tohoto důvodu upravuje svůj požadavek uvedený v technické specifikaci následovně:

- Adaptéry nebo samostatný rotor pro mikrotitrační destičky splňující podmínku centrifugace min 4 mikrotitračních desek současně.

Nad rámec výše uvedeného zadavatel upravuje u položky č. 6 - Centrifuga stolní v části 1 veřejné zakázky svůj požadavek na kapacitu centrifugy a výkyvného rotoru z min 4x400 ml na min 4x1000 ml.

**Dotaz č. 6:**

Dobrý den,

bude zadavatel akceptovat v části č. 2 u položky č. 2 Třepačka s inkubátorem s možností chlazení regulací teploty po 1 °C a odchylku teploty 0,5°C?

**Odpověď č. 6:**

Zadavatel po posouzení dotazu č. 6 uvádí, že nelze akceptovat pro položku č. 2 - Třepačka s inkubátorem s možností chlazení v části 2 veřejné zakázky jiné než hodnoty regulace teploty a

*odchylka teploty uvedené v technické specifikaci. U tohoto přístroje bude nezbytné dodržení vysoké přesnosti při práci, čímž zadavatel trvá na svých původních požadavcích.*

V návaznosti na provedenou úpravu zadavatel předkládá upravené znění Přílohy č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky.

Vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku, tj. o 32 kalendářních dnů.

S ohledem na již dříve provedené prodloužení lhůty (u Vysvětlení zadávací dokumentace III. zveřejněného dne 17.03.2026), zůstává nově stanovený konec lhůty pro podání nabídek **nezměněn**, tedy do **21.04.2026 do 10:00 hodin**.

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

.....  
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.  
rektor