



VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE III.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | „Dodávka laminárních boxů a autoklávů pro LERCO“ |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení, nadlimitní |

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

dotaz č.1: Položka č. 2 - Laminární box velký I

-připouští zadavatel laminární box s vertikálním prouděním? V případě horizontálního proudění, nejsou obvyklé čelní posuvné dveře, které jsou v tomto případě vyžadovány. V obou případech se nejedná o biohazard box II. třídy, který je určen k ochraně vzorku, i pracovníka.?

Odpověď č. 1:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že v technické specifikaci položky č. 2 Laminární box velký I nebyly specifikovány požadavky na směr proudění ani typ dveří. Zadavatel tedy dotaz nepovažuje za relevantní.

Dotaz č. 2:

Dotaz č.2: Položka č. 2 - Laminární box velký I

-připouští zadavatel vnější šířku 1963 mm?

Odpověď č. 2:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že bude akceptovat vnější šířku 1963 mm. Zadavatel na základě výše uvedeného upravuje svůj požadavek uvedený v Přílohy č. 1 – Technické specifikace předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky u položky č. 2 následovně:

- Maximální vnější rozměry (š x v x h): 1970 x 2180 x 800 mm s podstavcem

Dotaz č. 3:

Dotaz č.3: Položka č. 4 - UV box bez filtrace vzduchu/ ochranný PCR

-Připouští zadavatel PCR box následujících rozměrů?

rozměry v mm (vxšxh): vnější 622 x 825 x 630 mm, vnitřní: 440 x 765 x 600 mm

Děkujeme za vysvětlení

Odpověď č. 3:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že bude akceptovat výše uvedené rozměry. Zadavatel na základě výše uvedeného upravuje svůj požadavek uvedený v Přílohy č. 1 – Technické specifikace předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky u položky č. 4 následovně:

- vnitřní plocha: šířka 500 - 770 mm, výška 440 - 670 mm, hloubka 450 - 600 mm

Zadavatel současně s tímto vysvětlením v souladu s bodem 10.4. zadávací dokumentace pro výše uvedenou veřejnou zakázku a taktéž dle § 99 zákona, upravuje svůj požadavek uvedený v čl. 4 Zadávací dokumentace a čl. 4.1. Přílohy č. 4 Obchodních podmínek pro obě části následovně:

- Lhůta pro dodání předmětu plnění je pro všechny části veřejné zakázky do 4 týdnů od písemné výzvy zadavatele k poskytnutí plnění. Zadavatel předpokládá odeslání výzvy nejpozději do 31.08.2026, jelikož plnění je závislé na dokončení stavby LERCO.

V návaznosti na provedené úpravy zadavatel jako součást tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace předkládá upravené znění Přílohy č. 1 – Technické specifikace předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky, upravenou Zadávací dokumentaci a upravenou Přílohu č. 4 – Obchodní podmínky pro obě části.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 4 a 5 a § 99 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku o celou její původní délku, a to **do 22.05.2026 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

.....
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
rektor Ostravské univerzity