

Všem dodavatelům



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Ministerstvo životního prostředí

LERCO

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE IV.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | „Dodávka laminárních boxů a autoklávů pro LERCO“ |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení, nadlimitní |

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz č. 1:

část 2, autoklávy

U položky č. 3, Parní autokláv pro sterilizaci skla, médií a laboratorního materiálu je uvedeno pouze že přístroj má být „vhodný pro sterilizaci skla, kultivačních médií, nástrojů a dalšího laboratorního materiálu“, není však už dále specifikováno, zda uživatel požaduje vybavení vakuovým systémem, jež bývá nezbytnou podmínkou pro správnou sterilizaci pevných materiálů, ani doplňkovým chlazením, jež bývá vhodným doplňkem pro sterilizaci kultivačních médií? Má být toto příslušenství součástí nabídky nebo postačuje, pokud by přístroj umožňoval toto příslušenství dodatečně doplnit?

Odpověď č. 1:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že požaduje, aby zařízení bylo plně funkční pro sterilizaci deklarovaných typů materiálu, tj. zejména skla, kultivačních médií, nástrojů a dalšího laboratorního materiálu. Po posouzení dotazu zadavatel upravuje svůj požadavek uvedený v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění pro část 2 následovně:

- Zařízení musí být vybaveno vakuovým systémem umožňujícím účinné odvodu vzdušné komory, jelikož je nezbytný pro správnou sterilizaci pevných a porézních materiálů (např. nástroje, laboratorní materiál).

Zároveň zadavatel k dotazu uvádí, že systém chlazení kapalin nepožaduje jako povinnou součást dodávky.

V návaznosti na provedené úpravy zadavatel jako součást tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace předkládá upravené znění Přílohy č. 1 – Technické specifikace předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 a § 99 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku o celou její původní délku, a to **do 09.06.2026 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

.....
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
rektor Ostravské univerzity