

Všem dodavatelům



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

LERCO

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | „Dodávka přístrojů do čistých prostor pro LF OU LERCO“ |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení, nadlimitní |

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace pro část 3 veřejné zakázky dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Dobrý den, u části 3 je požadováno vyhřívané těsnění dveří.

Akceptuje prosím zadavatel nevyhřívané těsnění dveří? Námi nabízené řešení má trojitou VIP izolaci na dveřích a na jednotlivých kompartmentech boxů, díky této izolaci nedochází k namražování dveří.

Odpověď č. 1:

Zadavatel posoudil žádost o vysvětlení zadávací dokumentace **pro část 3 veřejné zakázky - Dodávka chladničky a hlubokomrazicího boxu** a k tomuto dotazu uvádí, že bude akceptovat rovněž výše navrženou alternativu nebo ekvivalentní řešení zabraňující tvorbě námrazy v oblasti dveří.

Zadavatel v souladu s provedenou změnou technické specifikace dle bodu 10.4. zadávací dokumentace a taktéž dle § 99 zákona jako součást tohoto vysvětlení zadávací dokumentace předkládá upravenou Přílohu č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění pro část 3 veřejné zakázky. Změna specifikace je v dokumentu zvýrazněna.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 a § 99 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku o celou její původní délku, a to **do 7. 7. 2026 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

.....
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
rektor Ostravské univerzity