

Všem dodavatelům



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Ministerstvo životního prostředí

LERCO

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | „Dodávka laminárních boxů a autoklávů pro LERCO“ |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení, nadlimitní |

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Dotaz k zadávací dokumentaci a položkovému rozpočtu

V zadávací dokumentaci je uvedena maximální přípustná nabídková cena a současně je v příloze ve formátu Excel, obsahující jednotlivé položky plnění, stanovena také maximální jednotková cena u vybraných/jednotlivých položek.

Po posouzení rozsahu požadovaného plnění a aktuálních tržních podmínek se domníváme, že stanovené maximální ceny nemusí odpovídat reálným nákladům na řádné splnění veřejné zakázky, a to jak na úrovni celkové nabídkové ceny, tak na úrovni některých maximálních jednotkových cen uvedených v položkovém soupisu.

Žádáme proto zadavatele o potvrzení, zda jsou uvedené maximální hodnoty, tedy jak celková maximální nabídková cena, tak maximální jednotkové ceny jednotlivých položek v příloze, stanoveny jako nepřekročitelné limity, jejichž překročení bude důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Současně žádáme zadavatele o sdělení, zda je možné podat nabídku s vyšší celkovou cenou nebo s vyššími jednotkovými cenami u konkrétních položek, pokud bude taková cena odpovídat skutečným nákladům na plnění, případně zda zadavatel zváží úpravu těchto maximálních cen v zadávací dokumentaci a v položkovém soupisu.

Odpověď č. 1:

Zadavatel posoudil dotaz dodavatele a v souladu s bodem 10.4. Zadávací dokumentace a taktéž dle § 99 zákona upravuje svůj požadavek uvedený v čl. 3.4. Zadávací dokumentace, kdy z textu tohoto článku odstraňuje

následující odstavec:

„Nabídková cena nesmí překročit výši stanovené předpokládané hodnoty jednotlivých částí veřejné zakázky. Účastník musí rovněž dodržet zadavatelem stanovené limitní ceny u jednotlivých položek uvedené v Příloze č. 2 – Položkový rozpočet pro obě části veřejné zakázky. V případě, že nabídková cena překročí stanovenou předpokládanou hodnotu jednotlivé části veřejné zakázky nebo maximální jednotkovou cenu, bude účastník ze zadávacího řízení vyloučen pro **nesplnění podmínek stanovených zadavatelem** ve smyslu ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona“.

Zadavatel současně k výše uvedenému dotazu uvádí, že celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky, předpokládané hodnoty za jednotlivé části veřejné zakázky a rovněž také jednotkové ceny u jednotlivých položek v obou částech veřejné zakázky nejsou stanoveny jako limitní, jejich překročení nebude vést k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení a je tedy možné podat nabídku s vyšší celkovou cenou nebo s vyššími jednotkovými cenami u konkrétních položek, pokud bude taková cena odpovídat skutečným nákladům na plnění.

Zadavatel tedy jako součást tohoto vysvětlení zadávací dokumentace předkládá upravené znění zadávací dokumentace a dále upravené přílohy č. 2 – Položkový rozpočet pro část 1 VZ a pro část 2 VZ, ve kterých došlo k odstranění sloupce D „Max. jednotková cena v Kč bez DPH“.

Dotaz č. 2:

Laboratorní digestoř – pol. č. 3

Prosíme o bližší specifikaci k požadavku „Odsávací otvory zakončeny mechanicky uzavíratelnými kameninovými dvířky“

Moderní laboratorní digestoře dle normy ČSN EN 14175, disponují dvojitými zády, které zajišťují odtah v celé výšce pracovního prostoru digestoře.

Pokud uživatel potřebuje zamezit odtahu, dosáhne ho jednoduchým vypnutím ventilátoru, ale nijak mechanicky nezasahuje do blokace odsávacích otvorů které mají plnit svou funkci a zajistit cirkulaci odtahovaného vzduchu, dle normy ČSN EN 14175.

Prosíme o zvážení, zda je možné řešení laboratorních digestořů bez mechanického uzavírání odtahových štěrbin, pomocí kameninových dvířek.

Obdobné řešení se v minulosti používalo u digestořů, které byly zděné a odtah byl řešen pomocí zadních odtahových dvířek, kde byla tato funkce žádoucí.

Nynější digestoře mají stropní odtahový díl k připojení na VZT a celý odtah je řešen v rámci samotné konstrukce digestoře.

Odpověď č. 2:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že u položky č. 3 - Laboratorní digestoř, která je mimo jiné předmětem plnění pro část 1 veřejné zakázky, bude akceptovat provedení digestoře bez mechanického uzavírání odtahových štěrbin pomocí kameninových dvířek, a to za předpokladu, že zařízení bude splňovat normu ČSN EN 14175.

Zadavatel tedy v souladu s výše uvedeným upravuje přílohu č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky, kdy ze specifikace odstraňuje požadavek „odsávací otvory zakončeny mechanicky uzavíratelnými kameninovými dvířky“ a nahrazuje jej požadavkem na splnění normy ČSN EN 14175.

Upravená příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky je rovněž součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 3:

Zadavatel uvádí dodání předmětu plnění do 4 týdnů od písemné výzvy dodavateli.

Vzhledem k zahraničním výrobcům laminárních a biohazard boxů, kde tato část zakázka tvoří největší poměr předmětu plnění, dále na základě potvrzení běžných dodacích termínů výrobců, které se pohybují mezi 10. – 13 týdny, tedy výrazně přesahují požadované termíny plnění, Vás žádáme o možnost posunutí termínu plnění alespoň na 8. – 10. týdnů od písemné výzvy zadavatele.

Odpověď č. 3:

Zadavatel posoudil dotaz dodavatele a v souladu s bodem 10.4. Zadávací dokumentace a taktéž dle § 99 zákona upravuje svůj požadavek uvedený v čl. 4 Zadávací dokumentace a čl. 4.1. Přílohy č. 4 - Návrh obchodních podmínek pro obě části veřejné zakázky následovně:

Lhůta pro dodání předmětu plnění je pro všechny části veřejné zakázky do **10 týdnů** od písemné výzvy zadavatele k poskytnutí plnění. Zadavatel předpokládá odeslání výzvy nejpozději do 31.08.2026, jelikož plnění je závislé na dokončení stavby LERCO.

Zadavatel tedy jako součást tohoto vysvětlení zadávací dokumentace předkládá upravené znění zadávací dokumentace a dále upravené přílohy č. 4 - Návrh obchodních podmínek pro část 1 a pro část 2 veřejné zakázky.

V návaznosti na provedené úpravy zadavatel jako součást tohoto vysvětlení zadávací dokumentace předkládá upravené znění zadávací dokumentace, Přílohy č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky, Přílohy č. 2 – Položkový rozpočet pro část 1 a pro část 2 veřejné zakázky a Přílohy č. 4 - Návrh obchodních podmínek pro část 1 a pro část 2 veřejné zakázky.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 4 a 5 a § 99 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku o celou její původní délku, a to **do 10. 7. 2026 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

.....
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
rektor Ostravské univerzity