



UNIVERSITAS
OSTRAVIENSIS

› Ostravská univerzita v Ostravě • Dvořákova 7 • 701 03 Ostrava
Česká republika • telefon +420 597 091 002 • fax +420 596 118 219
www.osu.cz

IČ 61988987 • DIČ CZ61988987
Bankovní spojení:
ČNB Ostrava, č. ú. 931761/0710



Určeno všem dodavatelům



Vyřizuje: Ing. Andrea Stupčuková

E-mail: andrea.stupcukova@osu.cz

č. jednací: OU-80684/90-2015

Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Název veřejné zakázky:	Dodávka diferenčního srovnávacího kalorimetru – OP VaVpl
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Forma zadávacího řízení:	zakázka malého rozsahu

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Tyto dodatečné informace včetně přesného znění žádostí poskytuje zadavatel všem dodavatelům.

K uvedené veřejné zakázce na dodávky byly zaslány níže uvedené dotazy:

Dotaz č. 1

Budete akceptovat prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle zákona č. 137/2006 Sb.?

Odpověď č. 1

Ano, zadavatel bude postupovat analogicky k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Dotaz č. 2

V Technické specifikaci přístroje DSC je uveden teplotní rozsah minimálně od -90°C do 550°C. Je tím myšlen rozsah teploty vzorku nebo teploty cely, ve které je vzorek umístěn?

Odpověď č. 2

Jedná se o teplotní rozsah měření, tedy rozsah, ve kterém je přístroj schopen kontrolovat teplotu cely (pece), ve které je vzorek umístěn.

V Ostravě dne 22.9.2015


Ing. Andrea Stupčuková
oddělení veřejných zakázek
Ostravské univerzity v Ostravě



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



**OP Výzkum a vývoj
pro inovace**