



UNIVERSITAS
OSTRAVIENSIS

Ostravská univerzita v Ostravě • Dvořákova 7 • 701 03 Ostrava
Česká republika • telefon +420 597 091 002 • fax +420 596 118 219
www.osu.cz

IČ 61988987 • DIČ CZ61988987
Bankovní spojení:
ČNB Ostrava, č. ú. 931761/0710

Určeno zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje: Mgr. Marcel Pobořil

E-mail: marcel.poboril@osu.cz

č. jednací: OU-18788/90-2011

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

Název veřejné zakázky: **Vybavení laboratoře molekulární biologie**

Druh veřejné zakázky: **dodávky**

Forma zadávacího řízení: **otevřené řízení**

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Dotaz č. 1

Dotaz k části 5 - zařízení na přípravu ultračisté vody. V zadání se požaduje i předúprava z vodovodní vody. K čemu tato voda bude sloužit a jaká bude celková denní spotřeba předupravené a ultračisté vody.

Odpověď č. 1

Ultračistá voda bude používána pro aplikace v molekulární biologii, mikrobiologii a genotoxikologii, pro něž je vyžadována voda velmi vysoké kvality. Předupravená voda bude sloužit ve stejných oblastech, ale pro aplikace, které nevyžadují tak čistou vodu. Průměrná denní spotřeba vody se odhaduje na cca 40 litrů, ultračistá na cca 15 litrů. Výkon zařízení však musí být takový, aby požadovaných 15 litrů bylo z předupravené vody dodáno v časovém rozmezí cca 15-20 minut. Čili kapacita přístroje by měla být cca 0,5 - 1 litr za minutu. To je z toho důvodu, že vysoce čistá voda nemůže být dlouhodobě skladována, jelikož rychle ztrácí své vlastnosti vlivem vzdušné vlhkosti a dalších faktorů.

V Ostravě dne 9. 12. 2011

prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
rektor