



Příloha č. 1
část A
Technické požadavky zadavatele

Technické požadavky zadavatele
podlimitní veřejné zakázka na dodávku dynamického chodníku

Zadavatel stanovuje pro plnění veřejné zakázky na dodávku dynamického chodníku níže uvedené absolutní (minimální) technické požadavky.

Nesplnění některého z těchto absolutních (minimálních) technických požadavků bude znamenat vyloučení účastníka zadávacího řízení.

Dodavatel je povinen vyplnit níže uvedenou tabulku ve všech řádcích. Pokud dodavatel do některého řádku neuvede ANO (tj. že požadovaný parametr splňuje), bude účastník zadávacího řízení vyloučen. Obdobně může zadavatel postupovat, pokud dodavatel některý řádek ponechá nevyplněný.

Zadavatel požaduje, aby nabízené řešení mělo rovné nebo lepší parametry jako parametry požadované v absolutních (minimálních) technických požadavcích.

Zadavatel stanovuje následující absolutní (minimální) požadavky:

Definice technického požadavku	Dodavatel splňuje ANO/NE	Poznámka
plocha pásu minimálně 150 x 50cm		
rychlost pohybu chodícího pásu 0 - 10 km/hod		
sklon pásu nastavitelný v rozsahu 0 – 25% (14°)		
nadlehčovací závěsný systém pro odlehčení pacienta o maximální hmotnosti 135 kg		
kalibrované silové senzory zabudované v plošině, rozsah měření 1 - 120 N/cm ²		
plocha se senzory min. 110 x 48 cm, min. 3400 senzorů		
madla po celé délce pásu s nastavitelnou výškou a sklonem, teleskopické prodloužení madel		
řídící PC s obrazovkou pro virtuální realitu		
software pro analýzu chůze a stoje s možností uložení dat pacientů do databáze grafické zobrazení měřených dat v reálném čase		
náhled naměřených hodnot (fáze stoje, délka kroku,		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



šířka kroku, úhel rotace chodidla, analýza rozložení sil pod ploškami		
Nosnost pro pacienta min. 150 kg		
možnost připojení videokamery pro synchronizovaný video záznam a možnost připojení bezdrátového EMG		
Pomůcka pro upnutí pacienta do odlehčovacího systému v různých velikostech s příslušenstvím (husticí systém – kompresor)		
Systém pro nájezd pacienta s vozíkem na chodník		
Monitor pro sledování virtuální reality pacientem při chůzi, min. 46'		
Konkrétní nabídka (zn., typ):		