



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Datum odeslání: 12. 6. 2018

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE (2)

Dodávka simulátorů, modelů a trenažérů pro Ostravskou univerzitu, Lékařskou fakultu

Zadavatel: Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
Zastoupený: prof. MUDr. Janem Latou, CSc., rektorem
IČO: 619 88 987
Pověřená osoba: recte corporation s.r.o.
Sílo: Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
IČO: 053 79 300
Kontaktní osoba: Mgr. Magdalena Chmelařová, +420 605 345 062
Jana Kobělušová, +420 734 260 410, recte@recte.cz

Shora uvedený zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce na dodávky, na kterou odpovídá prostřednictvím pověřené osoby takto:

Úplné znění dotazu:

Zadavatel uvádí v Příloze ZD č. 1 – část 3 - Technické požadavky zadavatele, ve výčtu požadovaných parametrů mimo jiné požadavek: pohyblivé koleno, které lze prodloužit/ ohýbat. Uchazeč může nabídnout model kolene, které je možné ohýbat, ale neumožňuje prodloužení. Bude zadavatel akceptovat nabídku modelu kolene, které lze ohýbat, ale nelze prodloužit?

Odpověď zadavatele:

Ano.

Úplné znění dotazu:

Zadavatel dále uvádí tamtéž požadavek: včetně Pc a min 24-palcového zobrazovacího zařízení. Uchazeč může nabídnout simulátor včetně Pc s 23-palcovým zobrazovacím zařízením. Bude zadavatel akceptovat zařízení včetně PC s 23 - palcovým zobrazovacím zařízením, při zachování požadovaného účelu?

Odpověď zadavatele:

Ano.

Úplné znění dotazu:

Zadavatel dále uvádí tamtéž požadavek: Komplexní artroskopický modul pro rameno – Komplexní výběr z min.19-ti úkolů obsahující kompletní osnovy pro artroskopii ramene v glenohumerálním kloubu a subacromiálním prostoru. Úkoly pro anatomickou identifikaci, diagnostiku a identifikaci patologie a úlohy pro praktické léčebné postupy jako je odstranění volných těles a subakromiální dekomprese. Uchazeč může nabídnout zařízení s komplexním výběrem z 15-ti úkolů. Uchazečem nabízené zařízení je úspěšně používáno ve vzdělávacích zařízeních v rámci EU a uchazeč se domnívá, že varianty dostupné v rámci nabízeného zařízení

poskytují dostatečné podmínky pro výuku a procvičování uvedených procedur. Bude zadavatel akceptovat zařízení s komplexním výběrem z 15-ti úkolů?

Odpověď zadavatele:

Ano.

.....
Jana Kobělušová

osoba oprávněná jednat jménem zadavatele