



Příloha č. 1
Technické požadavky zadavatele

Technické požadavky zadavatele
podlimitní veřejné zakázky na dodávku plantografické plošiny

Zadavatel stanovuje pro plnění veřejné zakázky na dodávku plantografické plošiny níže uvedené absolutní (minimální) technické požadavky.

Nesplnění některého z těchto absolutních (minimálních) technických požadavků bude znamenat vyloučení účastníka zadávacího řízení.

Dodavatel je povinen vyplnit níže uvedenou tabulku ve všech řádcích. Pokud dodavatel do některého řádku neuvede ANO (tj. že požadovaný parametr splňuje), bude účastník zadávacího řízení vyloučen. Obdobně může zadavatel postupovat, pokud dodavatel některý řádek ponechá nevyplněný. Zadavatel požaduje, aby nabízené řešení mělo rovné nebo lepší parametry jako parametry požadované v absolutních (minimálních) technických požadavcích.

Zadavatel stanovuje následující absolutní (minimální) požadavky:

Definice technického požadavku	Dodavatel splňuje ANO/NE	Poznámka
snímací plocha: min. 1440 x 440 mm		
počet sensorů na cm ² : min. 4		
merení distribuce tlaku fungující na principu kapacitního elastomeru.		
Presnost min. 5%		
System kalibrovany plosne aplikovany definovany tlakem		
záznamová frekvence: min. 100 Hz		
ovládací software		
možnost propojení s pc pomocí USB		
operační systém Windows		
Konkrétní nabídka (zn., typ):		