

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2 ZE DNE 14.9.2018

ZADAVATEL: Ostravská univerzita
Sídlem: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
Zastoupený: prof. MUDr. Janem Latou, CSc., rektorem
IČO: 61988987

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
Laboratorní vybavení pro molekulární laboratoř

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dotaz k VZ : laboratorní vybavení pro mol. Laboratoř, část 5. – chlazená centrifuga.
Vyhoví technické specifikaci VZ také chlazená centrifuga s rpm / RCF = 15 000 / **16 602 x g** a
rozměry : š x h x v = 273 x **515** x 236 mm ?

Odpověď:

Zadavatel trvá na zadané technické specifikaci pro tento přístroj, výše nabízené hodnoty jsou pro potřeby zadavatele nevyhovující.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí možné doručení nabídek pondělí až čtvrtek ve stanovených časech. pro vyloučení všech pochybností zadavatel doplňuje:

Pokud poslední možný den pro podání nabídky připadne na pátek, je možné doručení nabídky ve stanovených časech i v pátek samozřejmě možné.

S pozdravem

Blanka Dosedělová
Tel.: 603 169 816
email: blankadosedelova@seznam.cz